



CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

LOTTO N. 1 cig. 7636711D44	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO BIENNALE
A) Trattamenti dialitici Senza Acetato (AFB)		
I Kit per AFB dovranno contenere:		
Filtro con membrana in polimero di acrilonitrile sodio metellisulfonato trattato in superficie e con Graft di Eparina, a elevata capacità di adsorbimento specifico di mediatori dell'infiammazione. Superfici Da Mq. 1,0 A 2,2		
Linea Arteriosa e Venosa		
Linea per AFB con connettore di sicurezza collegabile solo alla sacca di infusione dedicata		
Linea per riscaldatore della soluzione		
N. 3 Sacche Sterili da Lt. 3 (oppure N. 2 Sacche da 5 Lt) di Soluzione Bicarbonato sterile da 145 Meq/L da reinfusione		
Sacca di Concentrato privo di qualsiasi tampone per metodica Afb		
Sacca di Soluzione Sterile per Priming 2000 MI		
Aghi Fistola 16 Gauge con Alette Rotanti		
Disinfettante/Disincrostante		
FABBISOGNO ANNUALE TRATTAMENTI	1500	3000
B) Trattamenti dialitici con metodica Hdx- Emodialisi Espansa, con dializzatore membrana Mco per pazienti che necessitano di trattamenti dialitici con elevata rimozione delle grandi medio molecole 15-45 Kda e che non hanno accesso in modo efficace alle metodiche convettive per problemi di flusso ematico:		
I Kit dovranno contenere:		
Filtro da Mq 1,7-2 Mq in Paes/Pvp con dimostrata Clearance di medie molecole quali Beta 2 Microglobulina, Mioglobina e Catene Leggere Libere, sovrapponibili alle Clearance Ottenibili N Hdf On Line		
Coppia Linee Artero-Venose		
Coppia Cartucce di Sodio Bicarbonato e Sodio Cloruro Corredate da Sacca di Elettroliti Litri 1 con possibilità di Tampone Citrato		
Sacca Sterile Soluzione Priming 2000 MI		
Aghi Fistola 16 G con alette rotanti		
Disinfettante/Disincrostante		
FABBISOGNO ANNUO TRATTAMENTI	500	1000
La Ditta dovrà fornire N. 4 Reni Artificiali In uso gratuito service full risk necessari per l'erogazione dei suddetti dialitici con le seguenti caratteristiche :		
Single Pass puro in tutte le fasi dell'apparecchiatura (TRATTAMENTO, LAVAGGIO E Disinfezione) . Possibilità di effettuare profilo automatico del Potassio nel bagno di dialisi. Il sistema deve permettere modifiche dei parametri anche durante il trattamento. Possibilità di programmare il valore di Potassio nel bagno di Dialisi e di variarlo in corso di trattamento direttamente tramite l'interfaccia dell'apparecchiatura. Flusso Infusionale con elevata precisione In trattamenti di Biofiltrazione Senza Acetato.		
Softwar Integrato nell'apparecchiatura per la supervisione del trattamento capace di avvisare l'operatore nel caso in cui si verificano delle situazioni di mancata ottimizzazione dei parametri o impostazioni non adeguate.		
Allarme su livello di camera arteriosa al fine di prevenire svuotamenti accidentali della camera stessa ed inserimento massivo di aria nel circuito ematico.		
totale lotto n. 1 a base d'asta annuale €. 84.100,00		
totale lotto n. 1 a base d'asta biennale €.168.200,00		
LOTTO N. 2 cig. 7636716168	FABBISOGNO ANNUALE	FABBISOGNO BIENNALE
Dializzatore con membrana ad alto cut-off permeabile alle proteine PAES/PVP (sup. mq 2,1)	20	40
totale lotto n. 2 a base d'asta annuale €. 17.000,00		
totale lotto n. 2 a base d'asta biennale €.34.000,00		
totale complessivo gara a base d'asta annuale €. 101.100,00		
totale complessivo gara a base d'asta biennale €. 202.200,00		