

GRIGLIA PUNTEGGIO TECNICO QUALITATIVO MAX 70 PUNTI

ELEMENTO TECNICO QUALITATIVO	PUNTI	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA E IL RIGO DA CUI POSSA EVINCERSI LA CORRISPONDENZA CON LA CARATTERISTICA RISCHIESTA
COLONNA PER GINECOLOGIA		
1. n. 2 Ottiche laparoscopiche 10 mm autoclavabile a 2 canali 0°	4	
2. n. 1 Ottiche laparoscopiche da 5 mm autoclavabile a 2 canali 0°	2	
3. predisposizione per imaging fluorescenza mediante utilizzo di verde indocianina	8	
4. modulo per la funzione PIP	2	
5. visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico	2	
6. gestione di diverse funzioni dai tasti della telecamera	4	
7. Sistema universale attacco cavi fibre ottiche	4	
8. Insufflatore CO2 da 45 l/A 50 L/min dotato di monitor touch screen	2	
9. Pompa peristaltica irrigazione maggiore di 3 l/min ed aspirazione maggiore di 7 l/min	8	
10. Riscaldamento dei gas con sistema autoclavabile	4	
11. Monitor principale MAGGIORE DI 26"	8	
12. Monitor secondario da almeno 19"	10	
13. Sistema di registrazione filmati	12	