



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"
PALERMO**

CHIARIMENTI N.1

In relazione alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera compresa la manutenzione full risk e danni accidentali per 3 anni, di n.4 colonne laparoscopiche, suddivise in due lotti, da destinare alle UU.OO. Di Chirurgia Oncologica, Ginecologia Oncologica, Chirurgia Generale e d'Urgenza ed Urologia dell'ARNAS

SI FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI

Quesito n.1 relativo al LOTTO N.2

"Relativamente alle caratteristiche di minima richieste, al punto 13 viene richiesta come caratteristica la MESSA A FUOCO TRAMITE APPOSITO TASTO E PREFERIBILMENTE ANCHE MANUALE ATTRAVERSO ROTELLA/E. Nell'ottica di rendere la partecipazione aperta a tutte le Aziende, si chiede di confermare la possibilità di rispondere con un sistema che abbia solo ed esclusivamente la MESSA A FUOCO MANUALE ATTRAVERSO ROTELLA in quanto, per come strutturata la frase, non risulta chiaro se sia sufficiente possedere una sola delle due opzioni".

Risposta n.1

Relativamente al suindicato quesito per il lotto n.2, punto 13 (allegato b del capitolato), si specifica che, la messa a fuoco può essere indifferentemente automatica o manuale, tenuto conto che nella griglia di valutazione qualità del medesimo lotto al punto V5, è prevista l'attribuzione di specifico punteggio, qualora lo strumento sia dotato di entrambi i dispositivi di messa a fuoco.

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera