



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"
PALERMO**

CHIARIMENTI N.2

In relazione alla procedura aperta per la fornitura e posa in opera compresa la manutenzione full risk e danni accidentali per 3 anni, di n.4 colonne laparoscopiche, suddivise in due lotti, da destinare alle UU.OO. Di Chirurgia Oncologica, Ginecologia Oncologica, Chirurgia Generale e d'Urgenza ed Urologia dell'ARNAS

SI FORNISCONO I SEGUENTI CHIARIMENTI

Quesito n.1 relativo al LOTTO N.1

"Si richiede di confermare che la dimensione di almeno 32" indicata nel punto 22 e nel punto 23 a pag.36 del capitolato tecnico sia puramente indicativa e che possa essere valutata positivamente anche la dimensione 31" in quanto a ns. conoscenza esiste sul mercato un'azienda che possiede monitor 3D e 4K nello stesso apparato con dimensione 31"

Risposta n.1

Punto 22 e 23 del capitolato: si conferma che la dimensione 32" e 31" possano considerarsi equivalenti al fine della partecipazione alla gara in oggetto purché abbiano caratteristiche specifiche richieste nel capitolato stesso (visione 3D e 4K)

Quesito n.2 relativo al LOTTO N.1

"In caso di offerta di monitor con tecnologia 3D e 4K si chiede di confermare che gli ingressi analogici (standard definition) a pag.36 del capitolato tecnico non siano richiesti a pena esclusione in quanto a ns. conoscenza esiste sul mercato una sola azienda che possieda monitor 3D e 4K da 31" e 55" nello stesso apparato con soli ingressi e uscite digitali"

Risposta n.2

Punto 25 del capitolato – Ingressi Analogici o digitali: si conferma che in caso di monitor 3D e 4K (da 31" o da 55") gli ingressi possano essere digitali. Il punto in oggetto del capitolato non richiede l'esclusività degli ingressi né analogici né digitali fermo restando la necessità che il monitor sia in grado di ricevere il segnale 3D e 4K alla massima definizione possibile.

Quesito n.3 relativo al LOTTO N.1

"Si chiede di confermare che il punto 29 a pag.36 del capitolato tecnico in cui si richiede un hard-disk di minimo 500 GB sia una quantità complessiva e superabile tramite supporti USB, hard disk esterni e tramite registrazione via LAN che archiviazione su storage esterni (4K ready)"

Risposta n.3

Punto 29 del capitolato tecnico: Si conferma la richiesta di hard disk interno di almeno 500Gb di capacità con eventuale possibilità aggiuntiva di archiviazione mediante supporti USB e LANN

Quesito n.4 relativo al LOTTO N.1

"Si chiede di confermare che il punto 13 a pag.40 del capitolato tecnico inerente il criterio di attribuzione punteggio sulla base dell'ON/OFF sia di 30" in quanto a ns. conoscenza esiste sul mercato un'azienda che possieda monitor 3D e 4K nello stesso apparato con dimensione 31""

Risposta n.4

Punto 13 della griglia di attribuzione punteggio: non si può confermare quanto richiesto ma si chiarisce che la misura da superare per l'attribuzione del punteggio (se V13=SI, P13=P13MAX) debba intendersi superiore a 32" in quanto l'offerta di monitor 31" o 32" deve considerarsi caratteristica minima per poter partecipare a gara come specificato alla risposta al quesito n.1.

Sembra evidente che se una caratteristica minima è richiesta per poter partecipare a gara (la cui assenza comporterebbe l'esclusione dalla gara stessa) l'assenza della stessa non possa essere valutata come attribuzione di 0 punti nella griglia di valutazione ma come già detto all'esclusione completa dalla gara. Ne consegue che la presenza della stessa caratteristica non possa in alcun modo attribuire punteggio ma sia il superamento di tale caratteristica a permettere (stante la valutazione ON/OFF) di attribuire il punteggio

Quesito n.5 relativo al LOTTO N.1

"Si chiede di confermare che il punto 16 e il punto 17 a pag 40 del capitolato tecnico, inerente il criterio di attribuzione punteggio sulla base dell'ON/OFF siano per tutte le tre colonne oggetto di gara e non solo per una colonna""

Risposta n.5

Punto 16 e 17 della griglia di attribuzione punteggio: Si conferma che le caratteristiche richieste da poter valutare per attribuire punteggio (modulo 4K presente all'atto della fornitura e Sistema di registrazione filmati in 4K-3D-2D) siano per tutte e tre le colonne oggetto della gara.

Quesito n.6 relativo al LOTTO N.1

"Si chiede di confermare che in base al capitolato tecnico in cui nell'attribuzione della griglia attribuzione punteggi a pag.39 viene valutato tramite criterio ON/OFF:

- punto 1: n.2 ottiche laparoscopiche 3D autoclavabile a 2 canali 0°
- punto 2: n.2 ottiche laparoscopiche 3D autoclavabile a 2 canali 30°

verrà giudicata positivamente la miglione sulla richiesta di capitolato, che è pena di esclusione, come ad esempio il videolaparoscopia 3D o soluzioni analoghe più performanti rispetto alla caratteristica di capitolato a pag.35 punto 12 testina e ottiche"

Risposta n.6

Si conferma che stante la caratteristica di Capitolato al punto 12 della lista degli elementi tecnici richiesti per potere partecipare alla gara in oggetto (nello specifico al punto riguardante Testina e Ottiche) la griglia di attribuzione punteggi con criterio ON/OFF al punto 1 e 2 (nello specifico ai punti riguardanti le ottiche laparoscopiche 3D o 30 gradi) debba riguardare una miglione rispetto alla richiesta del capitolato.

l'assenza di miglione rispetto alla caratteristica minima di partecipazione o la semplice presenza di testine e ottiche verrà valutata negativamente per l'attribuzione del punteggio (nello specifico V1 e V2 NO, P1=0).

La presenza di miglione sulla richiesta del capitolato (ad es. Video Laparoscopia 3D) verrà valutata positivamente per l'attribuzione del punteggio (nello specifico V1 e V2 Si; P1=P1max)

Quesito n.7 relativo al LOTTO N.1

"A quanto di conoscenza non esisterebbe azienda che possieda ottica o sistema videolaparoscopico con doppio canale 3D (richiesta di minima presente nel Vs capitolato a pag. 35 punto 11 come riportato a pag.39
- punto 6: n.1 ottiche dedicata 3D 5mm da 0°
- punto 7: n.1 ottiche dedicata 3D 5 mm da 30°"

Risposta n.7

Nel caso la caratteristica al punto 6 e al punto 7 non esista sul mercato mondiale risulta evidente come debba trattarsi di un refuso.

Quindi, qualora nessuna delle ditte partecipanti abbiano la caratteristiche oggetto del punto 6 e punto 7 della griglia punteggio tecnico qualitativo (nello specifico Ottica dedicata 3D, 0 e 30 gradi da 5mm) ed in particolare nel caso non esista tale caratteristica sul mercato mondiale si valuta positivamente l'assegnazione del punteggio massimo in caso di proposta di ottiche ICG da 10 mm, 0 e 30 gradi. Questo vista la necessità di avere una dotazione di ottiche sia da 5 che da 10 mm dedicate ICG in accordo con la richiesta minima del capitolato che individua nel sistema ICG una delle peculiarità dell'attrezzatura oggetto di gara.

Il punto 6 e 7 diventerebbero quindi

V6 – N.1 Ottica dedicata ICG 10 mm da 0 gradi

V7 – N.1 Ottica dedicata Icg 1 mm da 30 gradi

Quesito n.8 relativo al LOTTO N.1

Punto 4 - "Si chiede di chiarire se sono solo le ottiche ad essere richieste con trasmissione ottimizzata della luce nel vicino infrarosso o, come dovrebbe essere per il perfetto funzionamento del sistema anche la fonte di luce e la testina devono possedere tali caratteristiche"

Risposta n.8

Punto 4 del capitolato – Sistema ottico a fluorescenza con trasmissione ottimizzata della luce nel vicino infrarosso: si richiede che il sistema sia ottimizzato per la visione tramite luce nel vicino infrarosso in modo da poter utilizzare sistemi di fluorescenza ICG. A tal fine le ottiche e qualsiasi altro componente necessario alla visione ICG (fonte di luce, testina ecc.9 potranno essere ottimizzate in tal senso. La caratteristica necessaria per poter rispondere a questo punto del capitolato deve intendersi un sistema completo, perfettamente ottimizzato e funzionante per poter usufruire della visione al vicino infrarosso.

Quesito n.9 relativo al LOTTO N.1

Punto 12 - "A cosa si riferisce la dicitura testine e ottiche"

Risposta n.9

Punto 12 del capitolato – testine e ottiche: deve intendersi caratteristica minima per poter partecipare alla gara la dotazione di testina e ottiche 3D inclusa nell'offerta.

Quesito n.10 relativo al LOTTO N.1

Punto 1 e 2 dell'elemento tecnico qualitativo:

Si chiede di chiarire se si tratta di ottiche laparoscopiche 3D o meglio di videoendoscopi 3D

Risposta n.10

Punto 1 e 2 dell'elemento tecnico qualitativo: la presenza di videoendoscopi 3D non risulta caratteristica di minima per poter partecipare alla gara in oggetto ma viene considerata una miglioria rispetto alla richiesta del capitolato come da griglia punteggio tecnico qualitativo. Nello specifico l'assenza di miglioria rispetto alla caratteristica minima di partecipazione o la semplice presenza di testine e ottiche verrà valutata negativamente per l'attribuzione del punteggio (nello specifico V1 e V2 No; P1=0). La presenza di miglioria sulla richiesta del capitolato (ad es. video laparoscopia 3D) verrà valutata positivamente per l'attribuzione del punteggio (nello specifico V1 e V2 Si; P1=P1max)

Quesito n.11 relativo al LOTTO N.1

Punto 12 dell'elemento tecnico qualitativo:

Si chiede di chiarire se con "riscaldamento del gas con sistema autoclavabile" si intende il tubo paziente o un semplice pre-riscaldatore"

Risposta n.11

Punto 12 dell'elemento tecnico qualitativo -riscaldamento del gas con sistema autoclavabile: si deve intendere con tale richiesta sia la possibilità di avere il tubo paziente riscaldato che il pre-riscaldatore purché funzionali a riscaldare in modo ottimali il gas stesso prevenendo l'appannamento della punta dell'ottica o del videoendoscopio.

Quesito n.12 relativo al LOTTO N.1

Punto 10 del capitolato: uscite video. Vengono richieste delle uscite analogiche ormai in disuso per ovvi motivi da diverso tempo. Tutte le telecamere presenti oggi sul mercato vengono connesse attraverso delle uscite digitali. Si chiede di sapere se questa richiesta è motivo di esclusione"

Risposta n.12

Punto 10 del capitolato – uscite video: si conferma che come espressamente richiesto nel capitolato le uscite video potranno essere sia digitali (come oramai praticamente tutte le telecamere oggi sul mercato) che analogiche. La presenza di sole uscite digitali non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Quesito n.13 relativo al LOTTO N.1

Punti 1 e 2 della scheda di attribuzione punteggio. Vengono richieste due ottiche laparoscopiche 3D 0° e due 30°. A ns. conoscenza le ottiche 0° non vengono utilizzate dai chirurghi così come quelle 30° non vengono utilizzate dai ginecologi. Tra l'altro questa richiesta va ad incrementare (inutilmente l'offerta delle aziende rendendo così la base d'asta non congrua facendo spendere così al vs. ente soldi per strumenti che non verrebbero sfruttati appieno.

Risposta n.13

Punto 1 e 2 della scheda di attribuzione punteggio: Nello specifico la richiesta è di due ottiche laparoscopiche 3D da 30 gradi e di due ottiche laparoscopiche 3D da 30 gradi per l'intera gara in oggetto. Questo permetterà di avere un'ottica 3D da 30 gradi per ognuna delle colonne utilizzate dalla Chirurgia d'Urgenza e dalla Chirurgia Oncologica (che utilizzano esclusivamente questa tipologia) ed entrambe le ottiche 3D da 0 e 30 gradi per la colonna della Ginecologia Oncologica (che utilizza entrambe queste tipologie)

Quesito n.14 relativo al LOTTO N.1

Punti 6 e 7 della scheda di attribuzione punteggio. A ns. conoscenza non esiste alcuna azienda in grado di fornire ottiche 3D laparoscopiche da 5 mm. Chiediamo di sapere come possono essere riassegnati questi punteggi che non verranno attribuiti per avere un totale di 70 punti

Risposta n.14

Punti 6 e 7 della scheda di attribuzione punteggio: come già precisato nella richiesta di chiarimenti di altra ditta partecipante, nel caso la caratteristica al punto 6 e 7 non esista sul mercato mondiale risulta evidente come debba trattarsi d un refuso. Quindi qualora nessuna delle ditte partecipanti abbiano la stessa caratteristica oggetto del punto 6 e punto 7 della griglia punteggio tecnico qualitativo (nello specifico Ottica dedicata 3D, 0 e 3 gradi da 5 mm) ed in particolare nel caso non esista tale caratteristica sul mercato mondiale si valuta positivamente l'assegnazione del punteggio

massimo in caso di proposta di ottiche ICG da 10 mm, 0 e 30 gradi. Questo vista la necessità di avere una dotazione di ottiche sia da 5 che da 10mm dedicate ICG in accordo con la richiesta minima del capitolato che individua nel sistema ICG una delle peculiarità dell'attrezzatura oggetto di gara.

Il punto 6 e 7 diventerebbero quindi

V6 – n.1 ottica dedicata ICG 10 mm da 0 gradi

V7 – n.1 ottica dedicata ICG 10 mm da 30 gradi

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera

