

SCHEMA TECNICA

BRONCOSCOPIO

CARATTERISTICHE MINIME DEL BRONCOSCOPIO:

1. ATTACCO FONTE LUMINOSA UNIVERSALE STANDARD COMPATIBILE CON ALTRE FONTI LUMINOSE OLYMPUS GIA' PRESENTI IN OSPEDALE.
2. ATTACCO OTTICA UNIVERSALE PER EVENTUALI COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI VIDEO
3. IMMERGIBILE IN SOLUZIONI CON DISINFETTANTE.
4. AUTOCLAVABILE
5. VALVOLA DI ASPIRAZIONE AUTOCLAVABILE
6. LUNGHEZZA DI LAVORO ALMENO 60 cm, PER CONSENTIRE UN'AGEVOLE INTUBAZIONE DAL NASO
7. DIAMETRO ESTERNO MAX 4.9 mm PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO IN TUBI ENDOTRACHEALI DA 5 mm
8. DIAMETRO CANALE OPERATIVO ALMENO 2.2 mm SIA PER CONSENTIRE ASPIRAZIONI CHE EVENTUALE PASSAGGIO PINZE .
9. CAMPO VISIVO ALMENO 120°
10. MODALITA' PUNTA BRONCOSCOPIO: VERSO L'ALTO ALMENO 180° E VERSO IL BASSO ALMENO 130°