



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

DATA

18-10-2018

PROT.

2018/ 1810

Spett.le Ditta

Fax

OGGETTO: Indagine di mercato ACQUISTO sistema per l'allestimento automatico di sacche per nutrizione parenterale con annessa cappa a flusso laminare

Questa Amministrazione ha necessità di acquistare una riempitrice per l'allestimento automatico di sacche per nutrizione parenterale con annessa cappa a flusso laminare, avente le caratteristiche meglio specificate nell'allegata scheda tecnica.

A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche collimanti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) se codesta ditta dispone di tutti i materiali
- 4) il prezzo di acquisto, comprensivo di manutenzione full risk
- 5) il costo dell'assistenza tecnica, esaurita la garanzia, dopo i primi due anni
- 6) il costo di acquisto delle sacche

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, le discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **24.10.18** al seguente indirizzo mail: provveditorato@arnascivico.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff U.O.C Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Acquisto di sistema per l'allestimento automatico di sacche per nutrizione parenterale con annessa cappa a flusso laminare

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA RIEMPITRICE SACCHE:

- Sistema di miscelazione di almeno 10 ingressi per la miscelazione di macro e micro ingredienti con almeno 5 vie indipendenti tra loro con flusso di trasferimento ad alta velocità 1000ml/min;
- Apparecchiatura adatta per la produzione di sacche per nutrizione parenterale per adulti, pediatriche e neonatali;
- Il sistema deve potere ospitare diverse tipologie di contenitori: sacche con capacità fino a 5000 ml, flaconi 100, 250, 500, 1000 ml e siringhe per microaggiunte;
- Erogazione volumetrica con controllo gravimetrico integrato;
- Allarmi per segnalazioni di malfunzionamenti, guasti, e/o erogazioni non corrette;
- Sistema di pesatura insensibile alle vibrazioni e alle perturbazioni ambientali;
- Rilevatore dell'aria e delle eventuali occlusioni;
- Silenziosa, semplice da usare, pratica da pulire;
- A norma CE e a norma delle disposizioni di legge relative ai dispositivi medici (obbligo di registrazione nel Repertorio Ministeriale dei Dispositivi Medici con indicazione del relativo Codice);
- Applicativo software per gestione e controllo dell'apparecchiatura di riempimento, calcolo delle formulazioni di nutrizione parenterale, generazione di etichette adesive per le sacche, monitoraggio e tracciabilità dei riempimenti.
- Tastiera;
- Modulo svuotamento aria dalla sacca (degassatore) e microaggiunte;
- Collegamento al PC con porta seriale;
- Stampante per etichette adesive;
- Cappa a flusso laminare orizzontale;
- Bilancia di controllo;
- Eventuali controlli microbiologici delle sacche.

Sacche NPT EVA, filettatura intera:

Sacche EVA con connettore port di riempimento a filettatura interna. Port per aggiunte, riempimento e rilascio. La sacca in EVA deve essere collegabile con un raccordo da svitare con facilità allo spezzone per il collegamento alle linee di riempimento del miscelatore. Punto di iniezione Latex Free, senza ftalati, con sigillo a frattura e tappo di richiusa bloccabile destinato all'utilizzatore finale per ulteriori aggiunte manuali. La connessione di uscita destinata al deflussore per l'infusione al paziente, anche essa Latex Free, deve essere dotata di sigillo di protezione e bicchierino in grado di accogliere anche perforatori di grandi dimensioni.

MATERIALE DI CONSUMO:

Sacche da 500ml in EVA fabbisogno annuale n. 2000
Sacche da 1000ml in EVA fabbisogno annuale n. 5000
Sacche da 3000ml in EVA fabbisogno annuale n. 9000
Sacche da 3000ml



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- n. 400 kit di riempimento
- n. 800 kit perforatori
- n. 100 rotoli di etichette (250pz)
- n. 100 cartucce
- n. 1000 siringhe per modulo pediatrico