

CAPITOLATO TECNICO

1. Catetere a palloncino per litoplastica, monorail, dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla lunghezza utile del palloncino per l'erogazione di energia meccanica pulsatile usato per rivascolarizzare lesioni calcifiche .

Disponibilità del catetere in in diametri da 2.5 a 4 mm. e lunghezza 12 mm., con shaft di 138 cm.
Compatibilità con introduttore 6F e con filo guida 0.014.

La ditta dovrà fornire in uso gratuito service full risk per tutta la durata contrattuale:

- il generatore completo di accessori e cavo di connessione che è un attuatore remoto che collega il generatore con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output <Voltage 3000 volt peak, pulse frequency 1 HZ) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia all'interno del palloncino.

Fabbisogno annuale presunto n. 10 pz.

Fabbisogno biennale presunto n. 20 pz.

2. Cateteri a palloncino necessario per il trattamento delle stenosi calcifiche nei distretti arteriosi periferici .
Il catetere deve essere dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla lunghezza utile del pallone necessari per l'erogazione di energia meccanica pulsatile in grado di garantire la rottura di quelle placche particolarmente calcificate. Nelle seguenti misure :

- Calibro 3,5 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz
- Calibro 4 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz
- Calibro 4,5 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz
- Calibro 5 mm -----fabbisogno annuale n. 4 pz
fabbisogno biennale n. 8 pz
- Calibro 5,5 mm -----fabbisogno annuale n. 5 pz
fabbisogno biennale n. 10 pz
- Calibro 6 mm -----fabbisogno annuale n. 5 pz
fabbisogno biennale n. 10 pz
- Calibro 6,5 mm -----fabbisogno annuale n. 3 pz
fabbisogno biennale n. 6 pz



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Calibro 7 mm -----fabbisogno annuale n. 2 pz

fabbisogno biennale n. 4 pz

La ditta dovrà fornire in uso gratuito service full risk per tutta la durata contrattuale:

- il generatore completo di accessori e cavo di connessione che è un attuatore remoto che collega il generatore con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output <Voltage 3000 volt peak, pulse frequency 1 HZ) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia all'interno del palloncino.

