



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

UOC PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662680

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

giuseppe.salamone@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

PROT. 2220 del 103 DIC 2018

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisizione in conto deposito di elettrocatetere per trattamento gangliare in radiofrequenza pulsata.

Questa Amministrazione deve procedere all'acquisto di elettrocatetere per il trattamento gangliare in radiofrequenza pulsata occorrente all'UOSD di Terapia del Dolore dell'Arnas, le caratteristiche tecniche sono meglio identificate nel capitolato tecnico allegato alla presente sub-lettera "A".

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle sopra descritte ;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e/o all'impianto tipo ;
- 3) CND – descrizione – nome commerciale - e codice articolo del prodotto offerto .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 18.12.2018 e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Rag. Giuseppe Salamone al seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff. UOC Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera

3453



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

L' elettrocatetere per trattamento del DRG spinale modello MICROSTEER è un device che viene introdotto nello spazio epidurale lombare attraverso lo jatus sacralis ed è studiato per il trattamento in Radiofrequenza Pulsata (PRF) dei gangli sacrali e lombari fino ad L2, ma può essere utilizzato, come da scheda tecnica, variando opportunamente il livello di introduzione, anche a livello toracico e cervicale.

E' costituito da una impugnatura ergonomica a profilo ogivale, che presenta 2 piccoli manipoli laterali atti alla curvatura della punta attiva di 60° a destra e sinistra, verso le aree da trattare.

Il corpo dell' elettrocatetere è costituito da un cilindro della lunghezza di circa 40 cm, estruso in materiale plastico, del diametro di 4 F, all'interno del quale sono posizionati 4 piccoli cilindri.

La punta attiva dell' elettrocatetere, arrotondata ed atraumatica, costruita in titanio, è separata dalla parte più rigida contenente i 4 tubicini da una parte morbida (soft part) che, oltre a permettere una agevole curvatura della sola punta (e non di tutto il catetere), aumenta l'atraumaticità della punta stessa.

Fabbisogno presunto annuale pz. 15