

cig		CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO	U.M.	fabbisogno annuale
		Dispositivo per il dosaggio di CO2 (biossido di carbonio) a volumi e pressioni determinate nella cavità vascolari con le seguenti caratteristiche:		
		impostazione digitale del dosaggio del volume		
		impostazione digitale della pressione di iniezione		
		ricarica automatica e veloce per iniezione consecutive		
		alta precisione della pressione stabilita per l'inezione		
		alta precisione delle dosi di volume stabilita per l'inezione		
		alta precisione delle dosi di volume stabilite		
		telecomando per avviare l'inezione		
		possibilità di memorizzare impostazioni di iniezione per distretti differenti del corpo umano		
		doppio microcontrollore per garantire un'elevata performance e sicurezza		
		monitor "touch- creen		
		Il dispositivo suddetto deve poter essere collegato direttamente al catetere per avviare l'inezione.		
		Fabbisogno presunto annuale circuiti	nr	200
LA DITTA DOVRA' FORNIRE IN USO GRATUITO L'APPARECCHIATURA NECESSARIA ALL'UTILIZZO DEI CIRCUITI INFUSIONE MONOUSO				
IMPORTO TOTALE ANNUALE A BASE D'ASTA €. 144.000,00				