

cig		CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO		U.M.	fabbisogno annuale
		Dispositivo per il dosaggio di CO2 (biossido di carbonio) a volumi e pressioni determinate nella cavità vascolari con le seguenti caratteristiche:			
		impostazione digitale del dosaggio del volume			
		impostazione digitale della pressione di iniezione			
		ricarica automatica e veloce per iniezione consecutive			
		alta precisione della pressione stabilita per l'inezione			
		alta precisione delle dosi di volume stabilita per l'inezione			
		alta precisione delle dosi di volume stabilite			
		telecomando per avviare l'inezione			
		possibilità di memorizzare impostazioni di iniezione per distretti differenti del corpo umano			
		doppio microcontrollore per garantire un'elevata performance e sicurezza			
		monitor "touch- creen			
		Il dispositivo suddetto deve poter essere collegato direttamente al catetere per avviare l'inezione.			
		Fabbisogno presunto annuale circuiti		nr	200
LA DITTA DOVRA' FORNIRE IN USO GRATUITO L'APPARECCHIATURA NECESSARIA ALL'UTILIZZO DEI CIRCUITI INFUSIONE MONOUSO					
IMPORTO TOTALE ANNUALE A BASE D'ASTA €. 144.000,00					