

**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

**AREA PROVVEDITORATO**

Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

**Telefono**

091 6662261

**FAX**

091 6662672

**EMAIL**

[provveditorato@ospedalecivicopa.org](mailto:provveditorato@ospedalecivicopa.org)

**WEB**

[www.ospedalecivicopa.org](http://www.ospedalecivicopa.org)

**DATA**

28-01-2019

**PROT.**

2018/ 278

Spett.le Ditta \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di un sistema MAST CARE UP per l'U.O. Terapia Intensiva Pediatrica e Trauma Center**

Questa Amministrazione ha necessità di acquisire il sistema **MAST CARE UP per l'U.O. Terapia Intensiva Pediatrica e Trauma Center**, descritto nell'allegato elenco. A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) se codesta ditta dispone di tutti i materiali richiesti
- 3) il prezzo di mercato riferito all'intero lotto nella sua interezza (non il prezzo di listino), precisando il costo unitario.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, le discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,


A tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **06.02.19** a al seguente indirizzo mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff U.O.C. Provveditorato  
Ing. Vincenzo Spera



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

### SCHEDA TECNICA

si richiede l'acquisizione del dispositivo MAST CARE UP, per il monitoraggio semi-invasivo di paziente cardiopatico.

Il dispositivo, richiesto deve essere fornito in comodato, con l'approvvigionamento delle card (50 usi per 72/ore) . Si presume un fabbisogno annuo di 5 card/anno.

Le caratteristiche tecniche del dispositivo richiesto sono le seguenti:

- Monitor emodinamico secondo il metodo PRAM,
- monitoraggio battito-battito con capacità di campionamento del segnale a 1.000 Hz,
- nessuna calibrazione, con filtro dinamico per l'attenuazione dei fenomeni di risonanza e l'ottimizzazione della qualità del segnale di pressione arteriosa,
- senza materiale dedicato,
- compatibile con i principali trasduttori di pressione disponibili sul mercato,
- schermo piatto 12 pollici 800x600 (SVGA)
- touch screen resistivo,
- porta USB per il trasferimento dei dati su PC,
- trasmissione dei medica record alle cartelle cliniche informatizzate con protocollo std HL7 sia via Ethernet che via WiFi,
- condivisione dello schermo via HDMI, ulteriori porte **LAN-EXP-iN1-IN2-OUT**,
- possibilità di personalizzare il display scegliendo i valori di quali variabili visualizzare contemporaneamente,
- batteria interna NiMH: ricaricabile con autonomia di 1 h.
- Parametri rilevati,
- Variabili Sistemiche: Pressione Sistolica, Pressione Diastolica, Pressione Dicrota, Pressione Media, Frequenza di Polso, Pressione Venosa Centrale.
- Variabili emodinamiche: Gittata Cardiaca, Cardiac Index, Gittata Sistolica, Stroke Volume Index, Resistenze sistemiche vascolari, Resistenze sistemiche vascolari indicizzate, Efficienza del ciclo cardiaco, Pendenza massima di salita sistolica, Variazione di stroke volume, Variazione di pressione sistolica, Variazione di pressione dicrota, Variazione di pressione di polso, Elastanza arteriosa, Elastanza dinamica, Pressione di polso, Trasporto di ossigeno, Trasporto di ossigeno indicizzato, Differenza tra pressione media e dicrota, Potenza cardiaca, Impedenza cardiovascolare, Picco diastolico, Stroke volume pesato.