



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA Provveditorato

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662655

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

Prot. n. 575 del 15/02/2019

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato procedura negoziata avente ad oggetto la fornitura in somministrazione del materiale sanitario dedicato alle apparecchiature Fischer & Paykel di proprietà aziendale per U.O. di Terapia Intensiva Pediatrica e Trauma Center dell'Arnas.

Questa Amministrazione deve procedere ad acquistare il materiale di cui in oggetto, le cui caratteristiche tecniche sono allegate in calce alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di prodotti aventi **caratteristiche collimanti** con quelle appresso descritte;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino) **formulato per singolo pz e per confezione, nonchè il prezzo complessivo** ;
- 3) se i prodotti sono presenti sul MEPA , indicandone i codici al fine di rintracciarli sul MEPA.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda di non inviare schede tecniche dei prodotti proposti.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente entro e non oltre il 24/02/2019 alla seguente email:rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it all'att. della D.ssa Valeria Miceli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655-fax 091/6662672.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Referente procedura
D.ssa Valeria Miceli

Il Direttore ff. U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera

SCHEDA TECNICA

Acquisto materiale sanitario dedicato alle apparecchiature Fischer&Paykel di proprietà aziendale. Il Materiale è indispensabile per il funzionamento e la somministrazione di Ossigenoterapia ad alti flussi, da utilizzarsi con i sistemi di umidificazione:

- Cannule nasali per ossigenoterapia ad alti flussi di terza generazione con Tecnologia Waveflex che prevede un ponte anatomico che si adatta perfettamente sotto al setto nasale del bambino per conferire massimo comfort e migliorare la stabilità della cannula impedendone la fuoriuscita dal seno nasale del bambino a causa di movimenti facciali o dovuta alla compressione delle guance. Facili da posizionare grazie all'ausilio delle Wigglepads, sistemi di fissaggio a cerottino a base di idrocolloide anallergico. Dotate di Fori delle massime dimensioni possibili al fine di ridurre la resistenza al flusso e il lavoro respiratorio, sono dotate di un sistema unico di connessione di sicurezza. Morbide e flessibili con assenza di lattice e prive di ftalati.

Disponibili dalla Mis. XS - S- M L XL, per la gestione del Paziente delle 23 settimane ai 12 anni e dai 0,5 Kg ai 30 Kg. Consumo Annuo Previsto 400Pz.

- Kit Monouso per Ossigenoterapia per flussi da 0,5 - 25 L/Min, completo di Circuito Termoregolato, Camera di Umidificazione ad Auto riempimento, Valvola Pressione di sicurezza, per il collegamento delle cannule nasali all'umidificatore. Consumo Annuo Previsto 300Pz.

- Adattatore per filo Riscaldante per circuiti Doppio Riscaldanti serie RT, indispensabile ad alimentare elettricamente il Device. Consumo annuo Previsto 30Pz.

- Sonda di temperatura con sensore di flusso, per la rilevazione costante della temperatura dei gas. Consumo Annuo Previsto 30Pz.