



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico

WEB
www.arnascivico.it

DATA

25 FEB. 2019

PROT.
2019/ 640

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in somministrazione di " materiale sanitario vario " occorrente alle UU.OO dell'Arnas .

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire in somministrazione "materiale sanitario vario " occorrente alle UU.OO dell'Arnas, meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione del materiale specialistico,

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Nel caso che , la descrizione delle caratteristiche tecniche,dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **10.03.2019** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o *tramite e-mail* : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680 (rag. Giuseppe Salamone).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE FF UOC PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

RIFERIMEN TO	CODICE INTERNO FARMACIA	DESCRIZIONE	FABBISOGNO ANNUALE
1	D22090	Tappi otturatori universali, non perforabili luer lock maschio-femmina, sterili, in polipropilene.	30.000 pezzi
2	D22199	Bidoncino raccogliore d'urina Bidone raccogliurine nelle 24 ore con chiusura ermetica 2 litri circa.	1.000 pezzi
3	D22293 D22294	MASCHERE PER AEROSOLTERAPIA Mascherine per aerosolterapia bambini complete di ampolla e tubo. Mascherine per aerosolterapia adulti complete di ampolla e tubo.	10.000 pezzi 15.000 pezzi
4	E800 E1127 E1170	Nastri per repertamento vasi Fettucce in silicone puro al 100% per l'occlusione ed il repertamento di vasi, nervi e tendini per varie tipologie di interventi chirurgici. Devono essere estremamente elastiche, scorrevoli e radiopache. In confezione singola, sterili. Latex free. Misure a richiesta (micro, mini, max e supermax) e tutti i colori standard corrispondenti.	5.000 pezzi
5	D15220	SIRINGHE PER EMOGASANALISI CON AGO Siringhe monouso - sterili - eparinizzate - a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - per emogasanalisi ago G23 - 3ml	100.000 pezzi
6	D21679 D21680 D21683 D21686 D21684	AGHI CANNULA Aghi cannula con e senza valvola di iniezione con sistema di sicurezza per la protezione dalla puntura accidentale. Il catetere, in poliuretano biocompatibile e termoplastico, radiopaco su tutta la lunghezza, deve avere il cono di connessione trasparente, attacco luer-lock, ago guida in acciaio inossidabile. La camera di reflusso trasparente, deve avere un tappo a perfetta tenuta con attacco luer-locke filtro microporoso a membrana, alette flessibili, antiscivolo. Il meccanismo di sicurezza deve ricoprire completamente la punta dell'ago dopo l'estrazione, si deve attivare automaticamente (sistema di protezione passivo) ed essere irreversibile. Aghi cannula con valvola di iniezione con sistema di sicurezza. Misure da 14 a 22 G.	250.000 pezzi






7	D22428	Spugna monouso per pulizia bisturi spugna monouso pulisci bisturi, sterile con superficie anteriore morbida per la pulizia di strumentario chirurgico e superficie posteriore adesiva per il posizionamento sul campo operatorio.	2.500 pezzi
8	D20284	Elettrodi per ECG Caratteristiche: Gli elettrodi adesivi per monitoraggio cardiaco devono essere su supporto in TNT o altro materiale idoneo poroso, sottile, conformabile che deve aderire stabilmente alla cute e, dopo l'uso, staccarsi con facilità senza lasciare residui; sull'elettrodo deve essere incorporato un gel conduttore di consistenza solida che non lasci residui dopo la rimozione e protetto da una capsula o altro sistema idoneo che impedisca l'essiccamento. Il gel conduttore, inoltre, non deve trasudare sotto la parte adesiva del supporto, o cambiare consistenza anche a distanza di 24 ore dal momento dell'applicazione dell'elettrodo. Confezione: in buste contenenti al massimo 50 elettrodi. Elettrodi adesivi monouso per monitoraggio cardiaco - attacco a bottone – adulti	500.000 pezzi
9	D15242 D15243 D15245 D15248 D15249	BISTURI MONOUSO con sistema di sicurezza Caratteristiche: I bisturi devono essere muniti di sistema di sicurezza integrato, sonoro, attivabile con una mano, tre posizioni e alla fine con chiusura irreversibile. lama in acciaio inox, affilata, montata su manico perfettamente anatomico, in plastica rigida, i latex free, in confezione singola sterile.; confezionamenti secondari max 10. Fig. da 10 a 24.	100.000 pezzi
10	D22102 D22101 D22103	Tutine Tutine per sala operatoria, in tnt, non sterili, varie misure per adulti (S-M-L-XL) Devono essere in T.N.T traspirante, idrorepellente, impermeabile, confortevole e morbide, con un bassissimo rilascio di particelle per ridurre il rischio contaminazione. Composte da casacca e pantaloni confezionati singolarmente. La casacca deve avere maniche corte con tasche, adeguata scollatura. I pantaloni devono essere provvisti di chiusura in vita con elastico o lacci, con una o più tasche. Su ciascuna casacca e su ciascun pantalone deve essere indicata la misura. Devono garantire buona vestibilità, traspirabilità e devono essere	10.000 pezzi





		confortevoli. Il confezionamento deve avere un'apertura semplice e ingombro minimo. Grammatura 50 g/metro quadro.	
11	D1847	Gel Il gel elettroconduttore per elettrocardiografi e per ecografia deve essere idrosolubile e privo di sostanze lipidiche e/o azione legante e collante ipoallergenico per trasmissione ultrasonica, non deve essere untuoso e facilmente rimovibile con comuni solventi gel per ecografia, in flaconi da 260ml	10.000 pezzi
12		Gel per defibrillatore conf. Da 260ml	100 pezzi
13		Miscela a base di ossidante, tensioattivo anionico, bicarbonato e coadiuvanti flacone vuoto da 1 litro con ricariche da 10 con pezzi da 5 grammi. Per la pulizia e sanificazione di ambienti ospedaliero	500 kit
14		Dispenser di sicurezza per il conteggio di garze e bende. <ul style="list-style-type: none">• Sacchetti conta garze in polietilene trasparente o opaco• Possibilità di aggancio del dispenser a muro o a piantana• Permette una visibilità costante per il conteggio immediato di garze e bende• Sacchetti conta garze da 50 unità ognuno• Compatibilità nei confronti di prodotti farmaceutici e disinfettanti• Compatibilità e tollerabilità con tessuti e liquidi biologici• Smaltimento veloce e sicuro• Privi di componenti in lattice <p>La ditta aggiudicataria deve fornire in sconto merce i Dispenser per sacchetti conta garze per supporto mobile e/o Dispenser per sacchetti conta garze fisso, in base alle esigenze dei reparti. Fabbisogno annuo 10000.</p>	10.000 pezzi
15		Contenitore di sicurezza per il conteggio di aghi <ul style="list-style-type: none">• Ampia gamma di modelli• Magnete numerato singolo o doppio per il conteggio di lame e/o aghi• Disponibili contenitori con coperchio rosso opaco o	1.000 pezzi





Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

		<p>trasparente</p> <ul style="list-style-type: none">• Disponibili contenitori con spugne trattieni e conta aghi• Disponibili contenitori con sistema di chiusura di sicurezza• Disponibili contenitori con sistema di eliminazione bisturi• Superficie adesiva per il posizionamento del contenitore sul campo operatorio• Privi di componenti in lattice• Sterili <p>Contenitore con doppio magnete e chiusura di sicurezza</p> <p>Contenitore con sistema di eliminazione bisturi e doppio magnete con chiusura di sicurezza</p>	
--	--	--	--

