



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
05/03/2019
PROT.
2019/ 829

Spett.le Ditta

OGGETTO: Integrazione indagine di mercato per la fornitura di "materiale specialistico occorrente all'U.O. di Otorinolaringoiatria".

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito all'unità di misura e non alla confezione .

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine di produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente" e ciò ai sensi dell'art. 170 c. 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. E' consentita, pertanto la proposta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti , che verranno sottoposte all'esame del competente Organo Tecnico , preposto alla valutazione di quanto offerto in sede di indagine di mercato.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 21.03.2019 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Q 365

Il Direttore ff. dell'UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine di produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente" e ciò ai sensi dell'art. 170 c. 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. E' consentita, pertanto la proposta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti, che verranno sottoposte all'esame del competente Organo Tecnico, preposto alla valutazione di quanto offerto in sede di indagine di mercato

=====

Lotto 1

Fibra flessibile con emissione del raggio Laser CO²

La fibra flessibile deve presentare i seguenti requisiti:

1. Modalità continua, pulsata e superpulsata per la chirurgia endoscopica tracheale e nasosinusale benigna e maligna, chirurgica a cielo aperto;
2. Deve consentire un'erogazione precisa nei punti anatomici critici grazie alla flessibilità e all'alta visibilità del raggio di puntamento. Pertanto deve avere un diametro da 1 mm e una lunghezza di 2 m;
3. Deve essere collegabile ad un manipolo dedicato con diametro esterno da 0,4 mm per la chirurgia endoscopica dell'orecchio per consentire un alto livello di rapidità e precisione nei trattamenti;
4. Deve essere disponibile nella configurazione Fibra FLESSIBILE monouso, con diametro da 1mm e lunghezza 2metri, compatibile con laser CO2.con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato;
5. Deve essere disponibile nella configurazione Fibra FLESSIBILE pluriuso, con diametro da 1mm e lunghezza 2metri, riparabile e riutilizzabile sino a 5 procedure, con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato;
6. Deve presentare un microcanale interno che consente il passaggio di aria forzata, contenuta nell'unità di controllo, che raffredda la punta per evitare che carbonizzi;

Fabbisogno annuo presunto: 200 pz.

=====

Lotto 2

SISTEMA DI DIVARICAZIONE AUTOSTATICA MONOUSO

Il sistema di retrazione deve presentare i seguenti requisiti :

- Tutti i telai di supporto in materiale plastico sono autobloccanti per mezzo di cerniere malleabili a memoria di forma e pertanto mantengono la posizione che l'operatore ha deciso di fare assumere allo strumento, senza l'ausilio di viti di serraggio.
- Tutti gli uncini retrattori sono dotati di fettucce in silicone corrugate per mezzo di tacche in rilievo equidistanti che si ancorano negli alloggiamenti predisposti sul telaio di supporto in maniera assolutamente sicura e calibrata.

RETRATTORI del Sistema di autoretrazione monouso:

Dimensioni

30,4x19 cm



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

29,2x19 cm
21,5x11,4 cm
19x7,6 cm
23,4x11,4 cm
14,6x14,6 cm
21x19 cm

Fabbisogno annuo presunto: uno per dimensione

=====

Lotto 3

UNCINI ELASTICI del Sistema di autoretrazione monouso:

Dimensioni

3mm APPUNTITO
5mm SEMI APPUNTITO
5mm APPUNTITO
12mm SMUSSO
5mm APPUNTITO
12mm SMUSSO
20mm PUNTA A 3 REBBI SMUSSA

Fabbisogno annuo presunto: 2500 pz. Varie misure

=====

Lotto 4

Casco Fotoforo

Caschetto fotoforo frontale di nuova generazione dotato di peculiare ed ergonomica forma a "C" (C-Band) brevettata senza fasce laterali; deve presentare una struttura costituita da policarbonato che gli conferisce resistenza, flessibilità e leggerezza (circa 155 g, inclusa batteria); possibilità di regolazioni sulla struttura, quali lunghezza cranio-occipitale, altezza del poggia fronte e distanza dei LED dagli occhi per garantire confort e indossabilità per l'operatore.

Deve presentare due fonti luci LED a fuoco convergente: questo accorgimento fa sì che le ombre si riducano sensibilmente, garantendo una migliore visione del campo.

L'accensione e lo spegnimento dei LED deve avvenire in modo comodo e rapido, ruotando rispettivamente in alto o in basso il corpo recante le fonti luci;

possibilità di regolare l'intensità mediante un comando a rotella della luce: la stessa luce, inoltre, deve poter essere modificata nella temperatura, sostituendo in modo semplice e rapido tre filtri ad innesto rapido in dotazione (trasparente, giallo ed ambrato).

La posizione dei LED in asse con gli occhi, deve far sì che lo spot luminoso segua lo sguardo dell'operatore: questi, quindi, non deve essere costretto a posizioni forzate della testa e del collo al fine di illuminare il campo.

Alimentazione mediante batteria al Litio ricaricabile, alloggiata nella parte posteriore del caschetto: da escludersi, quindi, cavi d'alimentazione d'impaccio.

Possibilità di montare in modo semplice e rapido tramite meccanismo "a click" sul caschetto una serie di accessori, quali:



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

LENTI GALILEIANE DKL5 : Ingrandimento: 1,5x; diottrie personalizzabili; peso: 16 gr.

TELESCOPI CHIRURGICI DKT3 e DKT4: ingrandimenti 2,5x o 4x; peso: 25 gr.; personalizzabili (regolazione della distanza interpupillare).

TELECAMERA USB CON COMANDO A PEDALE/TASTIERA PC: Full HD D-CAM2; sensore CMOS 5 Megapixel; autofocus e bilanciamento del bianco; registrazione video, foto, screenshot; software dedicato semplice e leggero (windows/IOS emulator); peso: 13 gr.

Fabbisogno annuo presunto: 5 pz.

=====

Lotto 5

Aspiratore fumi Buffalo Codice ViroVac 220

Sistema di evacuazione fumi **ViroVac BUFFALO FILTER** per eliminazione e filtrazione dei fumi chirurgici e degli aerosol generati nei punti di contatto tra strumenti chirurgici e tessuti, ad es. laser, sistemi elettrochirurgici e dispositivi ad ultrasuoni.

L'aspiratore ViroVac ha 4 Stadi di filtraggio in un unico apparecchio portatile (prefiltro, ULPA, carbone, filtro finale).

Fabbisogno annuo presunto: 1 pz.

=====

Lotto 6

Filtri

Il prefiltro ed il filtro ULPA sono trattati con agenti chimici e sono stati testati in laboratorio quali inibitori al contatto con la maggior parte dei virus. Il filtro ULPA cattura le particelle e i microrganismi da 0,1 a 0,2 micron con un'efficienza del 99,99%.

In tal modo il paziente e lo staff operatorio operano in ambiente completamente protetto.

PECULIARITA' DI TALE SISTEMA:

- Filtro unico della durata di max 35 ore di lavoro effettivo
- Segnalatore visivo a led dello stato di esaurimento del filtro

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni (h x largh. x prof.) centimetri	15,2 x 27,9 x 39,4
Peso kg (lb)	4,5 kg
Livello sonoro,	55 dBA
Pedale pneumatico Standard	
Attivazione con comando remoto	Sì (opzionale)
Funzioni di sicurezza	Classificato UL
Marchiatura	CE
Protezione con fusibili	
Display	LED
Stato filtri	



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Portata

Manutenzione necessaria

Tensione disponibile

Frequenza, autorilevata

Controllo del flusso variabile

Motore

Aspirazione statica motore kPa

100/120 V c.a., 220/240 V c.a.

50/60 Hz

Sì

Watt 1000 $\pm$ 10%

Fabbisogno annuo presunto: 10 pz.

=====

Lotto 8

Kit ORO-FARINGEO

Il dispositivo oro-faringeo è un sistema completo, appositamente progettato per trattamenti ORL del cavo orale e della zona faringea.

Esso è stato sviluppato in modo particolare per l'uvulo-palatoplastica (LAUP) da eseguirsi in anestesia locale e in una o più sedute.

Il kit deve essere compatibile con il dispositivo di scansione SURGITOUCH presente nel sistema laser CO2 con emissione sia in fibra che con braccio articolato per permettere al chirurgo di eseguire ablazioni tissutali senza alcuna carbonizzazione.

Il kit comprende:

N°1 Manipolo con dispositivo di focalizzazione/defocalizzazione del raggio laser.

N°1 Puntale a specchio angolato a 90 gradi

N°3 Puntali con back stop

N°3 Puntali per turbinati

N°3 Puntali per tonsille

Fabbisogno annuo presunto: 5 pz.

=====

Lotto 9

Starter Kit per Laser Chirurgico CO2

kit strumentario compatibile con laser Chirurgico CO², lunghezza d'onda 10600 nm, potenza 40 W min.,

Il kit deve essere composto come segue:

1) Set Manipoli rigidi riutilizzabili

- manipolo fiberlase 60mm, dritto, punta dritta;
- fiberlase 180mm, dritto, punta dritta;
- manipolo fiberlase 60mm, dritto, punta curva;
- manipolo fiberlase 140mm, dritto, punta curva;



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- manipolo fiberlase 180mm, dritto, punta curva;
- manipolo fiberlase 240mm, curva, punta curva;
- manipolo fiberlase 140mm, curvo, punta dritta;
- manipolo fiberlase 240mm, curvo, punta dritta.

2) Set Manipoli malleabili riutilizzabili

- manipolo fiberlase 60mm, malleabile;
- manipolo fiberlase 140mm, malleabile;
- manipolo fiberlase 180mm, malleabile;
- manipolo fiberlase 240mm, malleabile;
- strumento di piegamento dei manipoli malleabili.

3) Kit ripristino fiberlase

- Pela fibra Fiberlase;
- cutter per ricondizionamento della fibra completo di pelafibra;
- 5 camicia in polietilene proteggi-fibra nel canale endoscopico;
- vassoio di sterilizzazione.

Fabbisogno annuo presunto : 3 pezzi

=====

Lotto 10

a) Gel composto da acido ialuronico di origine non animale riassorbibile tipo Pure Reagen Gel Otol

Fabbisogno annuo presunto : 300 pezzi

b) Gel composto da acido ialuronico di origine non animale riassorbibile tipo GEL SINUS

Fabbisogno annuo presunto : 300 pezzi

c) Kit di medicazione che contiene n. 6 placchette e 6 relativi kit composti da: placchetta in alluminio autoadesivo (elemento rigido; spugna antidecubito (elemento morbido); steristrip per cerottazione ; tintura di benzoino per pulizia della cute nelle misure small-medium e large

Fabbisogno annuo presunto : 120 pezzi

=====