



S.O.C.PROVVEDITORATO-
ECONOMATO

U. O. Appalti e Forniture
tel. 091/6662265
fax 091/6662672

web
www.ospedalecivicopa.org
email
ubaldo.ferrante@ospedalecivico
pa.org

DATA
28/06/2012
PROT.
2012/ 1148 / u.f.

A:

fax

OGGETTO: indagine di mercato – scalda fluidi a flusso elevato

Questa Azienda intende acquisire notizie circa la fornitura di uno scalda fluidi a flusso elevato al fine di stabilire la procedura di gara più consona da mettere in atto, la scrivente intende avere in uso gratuito l'apparecchiatura e acquistare i set d'infusione. Lo scalda fluidi, che deve essere conforme alle norme tecniche per gli apparecchi elettromedicali con riferimento alla sicurezza ed alla compatibilità elettromagnetica (EN 60601-1-2; EN 60601-2-35; EN 55011; EN 55014-1), dovrà essere offerto di nuova costruzione e dovrà avere le seguenti caratteristiche di minima:

- possibilità di infondere fluidi normotermici con un range di flusso da 300 a 1000 ml/minuto circa;
- presenza di un sistema sicuro di rilevazione presenza aria con rimozione automatica della stessa;
- di facile uso ed assemblaggio;
- dotato di sistemi per un controllo continuo delle condizioni di infusione;
- dotato di allarmi visivi ed acustici.

Anche i set d'infusione dovranno essere conformi alle direttive vigenti per i dispositivi medici ed essere latex free.

Si invita, pertanto, codesta ditta, qualora sia interessata, a comunicarlo urgentemente, allegando la relativa documentazione tecnica e comunicando, altresì, il prezzo di mercato, sia del set d'infusione che dell'apparecchiatura che si intende offrire, prezzo che potrà essere, eventualmente, utilizzato per stabilire una base di gara.

In presenza di dispositivi ritenuti unici ovvero infungibili, presentare idonea documentazione scientifica e tecnica atta a dimostrare la presenza di tali caratteristiche, allo stesso modo ci si dovrà comportare in caso vengano proposti dispositivi medici ritenuti equivalenti a quelli richiesti.

Qualora si sia in possesso di autorizzazione di rivendita esclusiva di un dato marchio per la Regione Sicilia, presentare la relativa documentazione.

Comunicare i dati richiesti entro il 13/07/2012 , utilizzando il fax o l'indirizzo di posta elettronica, comunicare anche i tempi di consegna.

Distinti saluti

IL DIRETTORE PROVVEDITORATO
(D.ssa Nora Virga)