



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it
giuseppe.salamone@arnascivico.it
WEB
www.arnascivico.it

DATA 18 MAR. 2019

PROT.
2019/1064

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di "sistemi di immobilizzazione paziente" occorrenti all'U.O.C di Chirurgia Maxillo Facciale e Chirurgia Plastica e terapia delle Ustioni dell' Arnas.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il **prezzo di mercato riferito all'unità di misura e non alla confezione, nonché i migliori prezzi di aggiudicazione praticati negli ultimi dodici mesi, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del territorio nazionale.**

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **02 APR. 2019** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Rag. Giuseppe Salamone

Il Direttore ff. UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Capitolato Tecnico

Sistema di immobilizzazione paziente pluriuso con tecnologia fluidizzata, non soggetto ad effetto gravità, modellabile per adattarsi al corpo e mantenere la forma, in una posizione terapeutica confortevole.

Il presidio deve essere zero flow, cioè deve mantenere la forma; e zero memory, cioè non deve ritornare nella forma iniziale.

La struttura del presidio deve essere la seguente: struttura di contenimento in poliuretano, gel in silicone e microsfere di poliestere.

Quantità annuo richiesto:

Misura: 18x25 cm per prominenze ossee - Numero pezzi richiesti: 12

Misura: 29x50 cm per occipite- Numero pezzi richiesti: 8

Misura: 41x75 cm per talloni- Numero pezzi richiesti: 8

Misura: 41x75 cm per testa-collo con protezione collo - Numero pezzi richiesti: 8

Misura: 63x91 cm per immobilizzazione laterale - Numero pezzi richiesti: 8

Misura: 76 cm tubolare per immobilizzazione prona - Numero pezzi richiesti: 6

Misura: 152 cm tubolare per immobilizzazione prona - Numero pezzi richiesti: 6

Dispositivo per la riabilitazione dei muscoli della bocca mono paziente – numero pezzi richiesti 150.