



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**DETERMINA** n. 22 TEC/2019 del 25-03-2019

<b>OGGETTO:</b>	Riparazioni letti elettrici Doimo Mis presso le varie UU.OO. del P.O. Civico e Di Cristina. Presa d'atto affidamento lavori ai sensi dell'art. 63 c. 3, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.- Pagamento fattura ditta Doimo Mis srl.- CIG: Z9025C6061
-----------------	---

<b>U.O.C. Gestione Tecnica</b>	<b>U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO</b> <b>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO</b> <b>Esercizio 2019</b>
Rif. N. <u>19/TEC</u> del <u>12.03.2019</u>	Prot. n. _____ del _____
Il Funzionario Istruttore D.ssa Lina G. Di Carlo 	N° Conto _____
Il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe A. Bono 	Conto presente atto (Euro)
	Disponibilità residua di budget (Euro)
	<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
	Il Responsabile del Procedimento
	Il Direttore dell'U.O.C. Dott.ssa Rosaria Di Fresco

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono**

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di marzo,  
nella sede della U.O.C. Gestione Tecnica dell'Azienda A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo

**Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica  
Arch. Giuseppe Antonio Bono**

in forza delle funzioni delegate espressamente attribuite con deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/1/2019, assistito da D.ssa Lina G. Di Carlo, quale segretario verbalizzante adotta la seguente determina:

## **Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica, Arch. Giuseppe Antonio Bono**

**Visto** il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge della Regione Sicilia 14 aprile 2009 n. 5 "Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale";

**Richiamata** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 18/01/2019, esecutiva, con la quale l'Arch. Giuseppe Antonio Bono, in qualità di Direttore U.O.C. Gestione Tecnica è stato delegato, ai sensi di legge, alla firma di specifici provvedimenti amministrativi tra cui rientra il presente provvedimento;

**Il Direttore** della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. G. A. Bono,

**Premesso** che alcune UU.OO.CC del P.O. Civico e Di Cristina hanno in dotazione letti marca "Doimo Mis" autorizzati all'acquisto con delibera n. 1701 del 23/11/2016 e n. 507 del 23/03/2017 (All. "A" e "B");

**Viste** le seguenti richieste di manutenzione e riparazione dei suddetti letti pervenute a questa U.O.C. Gestione Tecnica:

- note del 03/07/2018, del 13/07/2018 e del 16/07/2018 ricevute tramite fax con cui il caposala dell'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia Sig. Giulio Zarcone ha richiesto la riparazione delle ruote divelte di due letti marca Doimo (All. "C1");

- nota del 20/07/2018 ricevuta tramite fax con cui il Coordinatore Infermieristico dell'U.O.C. Medicina d'Urgenza Dr. Carlo Miosi ha segnalato che la spina del cavo di collegamento elettrico di un letto marca Doimo era tranciata (All. "C2");

- nota del 21/07/2018 ricevuta tramite mail con cui la caposala dell'U.O.C. Ginecologia e Ostetricia Sig.ra Giovanna Di Rosa ha richiesto la riparazione di un letto elettrico per lesione del filo e assenza di contatto elettrico (All. "C3");

- nota del 31/07/2018 ricevuta tramite fax con cui la caposala Sig.ra Maria Rosa Lattuca dell'U.O.C. Pediatria d'Urgenza e Pronto Soccorso ha richiesto la riparazione di n. 7 letti Doimo in quanto spondine laterali, sistema di sollevamento elettrico e telecomandi non funzionanti (All. "C4");

- nota del 11/09/2018 ricevuta tramite mail con cui il Dirigente Medico di Presidio D.ssa Bonfante ha segnalato il trasferimento dell'U.O.C. Oncoematologia Pediatrica dal piano 3° al piano 2° del Padiglione 17 C (All. "C5") e, pertanto, la necessità dello smontaggio e il rimontaggio di n. 6 letti di degenza per impossibilità di poterli spostare tramite ascensore;

**Considerato che** la manutenzione e la riparazione dei suddetti letti non è contemplata tra gli oneri del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale per gli elettromedicali affidato alla ditta Tecnologie Sanitarie, in quanto questi apparecchi non sono inseriti nell'elenco delle apparecchiature in gestione e sono coperti da garanzia con l'azienda fornitrice;

**Rilevato**, pertanto, che quando l'apparecchio è in garanzia, i materiali di consumo devono essere forniti dalla stessa ditta fornitrice in quanto, per non compromettere le condizioni della garanzia stessa, essi non possono essere compatibili, ma originali;

**Precisato che** l'U.O.C. Gestione Tecnica ha richiesto, conseguentemente, tramite mails del 24/07/2018, 07/08/2018 (All. "D1", "D2"), gli interventi di riparazione in garanzia dei suddetti letti Doimo, direttamente alla ditta produttrice e fornitrice delle suddette apparecchiature Doimo Mis srl srl, avente sede legale a Maron di Brugnera (Pordenone), in via Mazzini n. 3, P.Iva 04222830269;

**Considerato** che per ogni intervento è stato inviato un preventivo di spesa dalla Ditta Doimo Mis srl regolarmente autorizzato alla spesa dal Direttore dell'U.O.C. Giuseppe Antonio Bono (All. "E1", "E2", "E3");

**Visti** i seguenti rapporti tecnici pervenuti relativi agli interventi effettuati e in cui la ditta Doimo Mis srl, dopo le verifiche funzionali, ha esposto dettagliatamente i tipi di interventi da effettuare in quanto esclusi dalle condizioni contrattuali perché relativi alla fornitura di materiali di consumo e, quindi, esclusi dalla garanzia dell'apparecchiatura:

- in data 03/08/2018, sostituzione ruote per n. 2 letti Doimo presso l'U.O.C. Ortopedia e Traumatologia € 338,00 oltre Iva € 74,36 per un totale di € 412,36 (All. "F1");

- in data 13/08/2018 Intervento di smontaggio e rimontaggio di sponde laterali per n. 6 letti € 350,00 oltre Iva € 77,00 per un totale di € 427,00 (All. "F2");

- in data 11/09/2018 sostituzione pulsantiera e pannello di controllo per n. 4 letti elettrici presso il P.S. pediatrico del P.O. Di Cristina € 451,00 oltre Iva € 99,22 per un totale di € 550,22 (All. "F3");

- in data 11/09/2018 sostituzione cavi di alimentazione centraline presso le UU.OO.CC. Medicina d'Urgenza, Ostetricia e Ginecologia e Centro Ustioni P.O. Civico € 462,00 oltre Iva € 101,64 per un totale di € 563,64 (All. "F4");

**Ritenuto** ricorrere per l'affidamento dei lavori di che trattasi, alla procedura di cui all'art. 63, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stante l'urgenza della manutenzione e riparazione dei letti per non ostacolare le attività delle UU.OO.CC. Medicina d'Urgenza, Ortopedia e Traumatologia, Centro ustioni, Ostetricia e Ginecologia, Oncoematologia Pediatrica del P.O. Civico e Pronto Soccorso del P.O. Di Cristina ed esclusi dalle condizioni contrattuali di garanzia in quanto trattasi di danni accidentali;

**Preso atto che:**

- il CIG attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di questa stazione appaltante, risulta essere il seguente: Z9025C6081;
- il Durc prot. n. INAIL\_13529408 del 22/10/2018, scadenza validità 19/02/2019 risulta regolare (All. "G");
- il Durc prot. n. INAIL\_14263100 del 19/02/2019, scadenza validità 19/06/2019 risulta regolare (All. "H");

**Atteso** che il costo totale di cui al presente provvedimento, è stato rilevato per l'importo di € 1.601,00 oltre Iva 22% € 352,22 per un importo totale di € 1.953,22, per l'esercizio economico 2018 sul conto 5.03.03.01.0101- Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche sanitarie;

**Vista** la fattura n. 118/284 del 13/12/2018 per l'importo di € 1.953,22 compreso di Iva pervenuta dalla Ditta Doimo Mis srl e la lista di liquidazione n. 296 del 14/01/2019;

**Considerato** che si può procedere al pagamento della fattura sopraccitata, atteso che i la manutenzione e riparazione sono stati regolarmente effettuati;

**Preso atto** della regolarità dell'istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

**Dato atto** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito della istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione - nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione 2019-2021;

**PROPONE di**

**Per quanto espresso in preambolo che qui si intende integralmente riportato:**

**Prendere atto:**

- dell'affidamento dei lavori di riparazione dei letti elettrici Doimo Mis presso le varie UU.OO. del P.O. Civico e Di Cristina ai sensi dell'art. 63 c. 3, lettera b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 1.953,22, compreso Iva di legge, alla Ditta Doimo Mis srl, produttrice e fornitrice dei letti e avente sede legale a Maron di Brugnera (Pordenone), in via Mazzini n. 3, P.Iva 04222830269;
- che il costo totale di cui al presente provvedimento è stato rilevato per l'importo di € 1.601,00, oltre Iva 22% € 352,22 per un importo totale di € 1.953,22, per l'esercizio economico 2018 sul conto 5.03.03.01.0101- Manutenzione attrezzature tecnico scientifiche sanitarie;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e la Ditta Doimo Mis srl ha emesso fattura n. 118/284 del 20/12/2018 per l'importo di € 1.953,22 compreso Iva;
- della lista di liquidazione n. 270 del 11/01/2019;

**Disporre** il pagamento della fattura suddetta;

**Affidare** l'esecuzione del presente provvedimento all'U.O.C. Gestione Tecnica e all'U.O.C. Economico Finanziaria per i provvedimenti di competenza;

**Disporre:**

- che gli allegati "A", "B", da "C1" a C5", da "D1 a D2", da "E1 a E3", da "F1 a F4", "G" e "H" costituiscano parte integrante del presente atto deliberativo;
- l'immediata esecutività del presente atto deliberativo.-


**Trasmettere** il presente provvedimento, per un eventuale successivo controllo, alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, ed alla U.O.C. Economico Finanziaria;

**Disporre**, che a cura della U.O.S. Sistemi Informatici, si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale nella sezione "Determine Dirigenziali";

**Dare atto** ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il RUP e per chi lo adotta.

IL DIRETTORE  
U.O.C. Gestione Tecnica  
Arch. Giuseppe Antonio Bono

Il Segretario Verbalizzante



**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determina, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 31-03-2019 al giorno \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

---

Determina non soggetta al controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorso il termine di giorni 10 dalla data di pubblicazione

Determina non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,



**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Altre annotazioni

---

---

---