



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Civico Di Cristina Benfratelli

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000078

del 10 MAG. 2019

**OGGETTO:** Aggiornamento del sistema RMN Ge Sigma HDXT allocata c/o padiglione 17/c e trasferimento apparecchiatura presso realizzanda U.O. di Neuroradiologia - Integrazione atto deliberativo n. 821n del 13/6/2014.

U.O.C. PROPONENTE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2019	
<p style="text-align: center;">GESTIONE TECNICA</p> <p>Proposta n. <u>07</u> del <u>07 05 2019</u></p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Tecnica Arch. G. Antonio Bono</p>	<p>Prot. n. <u>232</u> del <u>08/05/2019</u></p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (euro) _____</p> <p>Conto presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) <u>VEDI SCHEDE ALLEGATE</u></p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p>	
	<p>Il Responsabile del Procedimento</p> <p>_____</p>	<p>Il Direttore dell'U.O.C. D.ssa R. Di Fresco</p> <p>_____</p>

L'anno duemiladiciannove giorno dieci del mese di Maggio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 **Palermo**, il Direttore Generale Dott. Roberto Colletti, nominato con D.P. n. 195/serv.1/S.G. del 04/04/2019 assistito da D. A. Ardiccio, quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

09 MAG. 2019

Il Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica Arch. Giuseppe Antonio Bono,

premessi con atto deliberativo n. 821 del 13/6/2014 (All. "A") sono stati affidati, ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/06 e s.m.i., alla ditta GE Medical System, l'aggiornamento hardware e software della RMN ubicata al padiglione 17/c, per renderla idonea all'utilizzo per Neuroradiologia, compreso lo spostamento della stessa macchina presso la realizzanda U.O. di Neuroradiologia al pad. 4 del P.O. Civico per un importo complessivo di € 396.000,00 oneri fiscali compresi di cui all'offerta del 11/6/2014 rif. 14.H.80.36 (All. "B");

atteso che i lavori relativi alla realizzazione della nuova U.O. di Neuroradiologia mediante la fornitura e posa in opera di un nuovo angiografo biplano, nonché la predisposizione dei locali dove allocare la RMN da trasferire dal pad. 17/c sono in fase di ultimazione e collaudo;

atteso, altresì, ad oggi, la RMN ubicata presso il padiglione 17/c della GE, per essere funzionante e adeguata alle nuove esigenze di Neuroradiologia necessita di un upgrade ulteriore, tenuto conto che quello proposto nel 2014 risulta ormai obsoleto, mediante l'introduzione di pacchetti applicativi avanzati di ultima generazione che ampliano il livello prestazionale della piattaforma;

visto il preventivo della GE Medical System del 20/6/2018 prot. n. 18.O.655.R.E/cp, che è l'unica che può fornire tale aggiornamento, del 20/6/2018 (All. "C") dal quale si evince, comparando lo stesso preventivo a quello di affidamento del 2014 che il maggiore importo relativo l'upgrade è pari ad € 108.000,00 (€ 308.000,00 - € 230.000,00) oltre oneri fiscali che in contraddittorio con la ditta vengono concordati in € 90.000,00 oltre IVA, per un costo complessivo di € 109.800,00;

rilevata, l'urgenza di procedere all'approvazione del nuovo preventivo il cui maggiore costo viene stimato in € 109.800,00, al fine di consentire la definizione del trasferimento della RMN dal padiglione 17/c al padiglione 4 e di potere mettere in attività l'U.O. di Neuroradiologia di cui sono in corso di collaudi finali;

vista la nota della GE Medical System (All. "D") con la quale viene evidenziato che l'aggiornamento operato sulla RMN di cui si tratta rende il sistema della stessa del tutto equivalente a un sistema nuovo di fabbrica "Signa Explorer", il cui prezzo di listino è pari ad € 1.738.000,00 ed il prezzo di vendita, in questa configurazione, pari ad € 700.000,00, escluso le lavorazioni accessorie (che invece sono state già affrontate da questa Azienda e ricomprese nel preventivo approvato) relative alla Gabbia di Faraday, impianto refrigerazione Elio, ecc.;

rilevato la spesa del presente provvedimento pari ad € 109.800,00 è prevista nel piano investimenti 2019 linea d'intervento n. 8 approvato con atto deliberativo n. 288 del 12/3/2019 conto n. 1.01.02.05.0101;

ritenuto, di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del punto 7 dell'art. 53 della L.R. 03/11/1993 n. 30;


Dato atto della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

#### PROPONE di

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono tutti integralmente riportati e trascritti:

1. **Approvare** il preventivo della GE Medical System del 20/6/2018 prot. n. 18.O.655.R.E/cp, ad integrazione dell'atto deliberativo n. 821 del 13/6/2014 di affidamento alla GE Medical System relativa all'aggiornamento hardware e software della RMN ubicata al pad. 17/c da spostare all'U.O. di Neuroradiologia pad 4, per un maggiore importo relativo l'upgrade, concordati in € 90.000,00 oltre IVA, per un costo complessivo di € 109.800,000;
2. **Dare atto** che la spesa complessiva del presente atto deliberativo pari ad € 109.800,00 è prevista nel piano investimenti 2019 linea d'intervento n. 8 approvato con atto deliberativo n. 288 del 12/3/2019 conto n. 1.01.02.05.0101;
3. **Disporre** che gli allegati "A", "B", "C" e "D", costituiscano parte integrante del presente atto deliberativo;
4. **Munire** il presente provvedimento della clausola di immediata esecuzione;
5. **Dare mandato** all'U.O.C. Gestione Tecnica dell'esecuzione del presente provvedimento;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. GESTIONE TECNICA  
Arch. Giuseppe Antonio Bono



---

Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

parere favorevole dal

IL DIRETTORE SANITARIO

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

- vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

**IL DIRETTORE GENERALE**


Dott. Roberto Colletti



---

**Il Segretario verbalizzante**

**(Dr. Antonio Arcidisco)**



---

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 12 MAG. 2019 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Dott.ssa Paola Vitale

=====

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

**Estremi riscontro tutorio**

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**

Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_