

## Oggetto: Scheda tecnica bracciale identificazione paziente Adulto/Pediatrico ed etichette di allerta

Bracciale identificazione paziente devono contenere informazioni capaci di riconoscere in maniera univoca il paziente, facilitare il riconoscimento del paziente da parte dell'operatore, migliorare la comunicazione fra operatore e paziente, evitare eventuali errori legati all'identificazione.

- Devono essere compatibili con le stampanti termiche Zebra in possesso dell' Azienda
- Privo di sostanze tossiche o "allergizzanti Latex Free
- Resistente all'acqua, al sangue ai disinfettanti utilizzati
- Leggero e confortevole e si deve mantenere integro per tutto il tempo del ricovero
- Morbido liscio e non abrasivo, per le pelli più sensibili
- Facilmente adattabile al polso del paziente
- Difficile da asportare e/o manomettere
- Leggibile per tutta la durata del ricovero
- Di colore bianco con chiusura a pressione con la presenza di fori che permettono l'inserimento delle etichette di allerta, con alloggiamento trasparente per inserire etichetta contenente i dati del paziente.

**Bracciale identificazione paziente adulto 92.650**

**Bracciale identificazione paziente pediatrico 34.100**

## Scheda tecnica dell'etichette di allerta

Le etichette di allerta devono permettere agli operatori di classificare le diverse patologie del pz su un unico braccialetto.

- Devono essere in materiale morbido e flessibile con bordi arrotondati per il confort del paziente dotati di chiusura a scatto .
- In caso di cambiamento dello status del paziente la chiusura a scatto deve essere rimossa senza distruggere il braccialetto.
- Le scritte devono essere in lingua italiana.

- Allert di color rosso per i pazienti Allergici 20.000
- Allert di color giallo per i pazienti a rischio di caduta 50.000
- Allert di color verde per i Pz allergici al lattice 15.000

La ditta aggiudicataria deve fornire 6 stampanti in comodato d'uso per la stampa dell'etichette.