



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662261

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
28.05.19

PROT.
2019/ 1811

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di di un sistema di irrigazione ed aspirazione monopaziente, per interventi di chirurgia mini-invasiva laparoscopica per l'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dedicato per la cannula pluriuso da 3mm/5mm. In dotazione all'U.O. richiedente.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto;
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) **il prezzo di mercato riferito all'unità di misura e non alla confezione, nonché i migliori prezzi di aggiudicazione praticati negli ultimi dodici mesi, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del territorio nazionale.**

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 11-06-19 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Fornitura di un sistema di irrigazione ed aspirazione monopaziente, per interventi di chirurgia mini-invasiva laparoscopica per l'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica dedicato per la cannula pluriuso da 3mm/5mm, in dotazione all'U.O. richiedente

Il sistema deve essere costituito: da un manipolo con grip antiscivolo, in grado di lavorare sia a getto continuo che pulsato, tramite una pompa in grado di garantire flussi di esercizio fino a 6000cc/min.; da due tubi di lavaggio ed uno di aspirazione, cannule in nostra dotazione in acciaio rivestite in Teflon che evitano (a conduzione elettrica accidentale, di diametro 3mm, 5mm, con fori laterali, lunghe 33cm, con spike ad alto flusso).

Il manipolo deve essere dotato di un attacco dedicato che consenta la sostituzione in qualsiasi momento della cannula standard con una di calibro e/o lunghezza diversa.

Deve essere fornita in uso gratuito una pompa che consenta l'utilizzo del sistema monouso di irrigazione e aspirazione Dolphin con le seguenti caratteristiche :

- Pompa per irrigazione ed aspirazione per laparoscopia di piccole dimensioni e di peso non superiore a 1,5 kg.
- Con pulsanti in grado di regolare la portata della pompa sino a 6.000 lt/min. e di gestire le funzioni per una irrigazione a getto continuo o pulsato intermittente in modo uniforme .
- Deve essere fornita di allarme acustico (fine sacca).
- Fornita di Led che consentano all'operatore di verificare lo stato del funzionamento (led blu Pompa appena inserita); (led verde lampeggiante Pompa appena innescata) ; (led giallo Pompa disinnescata).
- Possibilità di cambiare immediatamente da getto continuo a getto pulsato nel tempo massimo di un / minuto.
- Tensione V AC 100-240.

Fabbisogno annuo :

- N° 150 pz - manipolo monouso per cannula da 3mm. Lungh. 33 cm.
- N° 150 pz.- manipolo monouso per cannula da 5mm. Lungh. 33 cm.