



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

DATA

28.05.19

PROT.

2019/ 1812

Spett.le Ditta

Fax

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di stapler JustRlnht Surgical da 5mm per l'U.O.C. di Chirurgia Pediatrica

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i prodotti meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto;
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) **il prezzo di mercato riferito all'unità di misura e non alla confezione, nonché i migliori prezzi di aggiudicazione praticati negli ultimi dodici mesi, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere del territorio nazionale.**

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 11-06-19 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o *tramite e-mail* : provveditorato@arnascivico.it;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore UOC Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Fornitura di stapler JustRight Surgical da 5mm

Al fine di proporre la migliore alternativa chirurgica minimamente invasiva, L'u.O. Chirurgia Pediatrica richiede la fornitura di una stapler del diametro di 5 mm.

La stapler dovrà necessariamente:

- essere una suturatrice lineare monopaziente con lama che permetta di eseguire resezioni, incisioni e anastomosi su tessuto di spessore compreso tra 0.75 e 1 mm;
- avere diametro di 5 mm e lunghezza dello stelo di 20 cm;
- avere quattro file di sei punti metallici sfalsati "B shape" in titanio da 2 mm e linea di sutura con lunghezza di 25 mm;
- avere una rotazione del morso di 360°.

Si richiedono strumenti JustRight Surgical o con caratteristiche equivalenti.

Fabbisogno annuo di:

- N° 02 Conf. Da 06 pz. JR-ST25-2.0-6 JustRight stapler da 5mm
- N° 02 Conf. Da 12 pz. JR-REL25-2.0-12 JustRight ricarica stapler