

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA **28/05/2019**

PROT.
2019/ **1815**

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura in noleggio l' acquisizione del Sistema "Sync Vision" per sala di emodinamica dell' UOC Cardiologia dell' Arnas .

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire in noleggio l' **acquisizione del Sistema "Sync Vision" di produzione Philips Volcano (IVUS/IFR/FFR), per la sala di emodinamica sita nell' UOC di Cardiologia dell' Arnas .** meglio identificati nel capitolato tecnico allegato alla presente.


A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito alla singola mensilità e la durata del noleggio,

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

Nel caso che , la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **15.06.2019** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 *e/o o tramite e-mail* : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680 (rag. Giuseppe Salamone).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE UOC PROVVEDITORATO

Dott.ssa Nora Virga



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO

L'apparecchiatura deve consentire di:

- migliorare l'immagine angiografica;
- effettuare misurazioni quantitative (diametri delle lesioni, lunghezza e stenosi percentuale);
- intensificare la regione di interesse del vaso;
- rilevare la presenza di dispositivi (stent, palloni) ed effettuare zoom per analizzare in dettaglio il deployment degli stessi;
- co-registrare sullo stesso monitor l'immagine angiografica e la corrispondente immagine ecografica endoluminale (IVUS).
- co-registrare sullo stesso monitor l'immagine angiografica e la corrispondente valutazione funzionale della significatività della lesione mediante (iFR).