



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

lotto 1 cig 784549641C	Fabbisogno Annuale	Fabbisogno triennale
ELETTROCATETERE CHE VIENE INTRODOTTO NELLO SPAZIO EPIDURALE LOMBARE ATTRAVERSO LO JATUS SACRALIS . STUDIATO PER IL TRATTAMENTO IN RADIOFREQUENZA PULSATA DEI GANGLI SACRALI E LOMBARI FINO AD L2 , PUO' ESSERE UTILIZZATO VARIANDO OPPRTUNAMENTO IL LIVELLO DI INTRODUZIONE, ANCHE A LIVELLO TORACICO E CERVICALE. E' COSTITUITO DA UNA IMPUGNATURA ERGONOMICA A PROFILO OGIVALE, CHE PRESENTA 2 PICCOLI MANIPOLI LATERALI ATTI ALLA CURVATURA DELLA PUNTA ATTIVA DI 60° A DX E SX VERSO LE AREE DA TRATTARE. IL CORPO DELL'ELETTROCATETERE E' COSTITUITO DA UN CILINDRO DELLA LUNGHEZZA DI CIRCA 40 CM, ESTRUSO IN MATERIALE PLASTICO, DEL DIAMETRO DI 4 F, ALL'INTERNO DEL QUALE SONO POSIZIONATI 4 PICCOLI CILINDRI. LA PUNTA ATTIVA DELL'ELETTROCATETERE, ARROTONDATA ED ATRAUMATICA, COSTRUITA IN TITANIO, E' SEPARATA DALLA PARTE PIÙ RIGIDA CONTENENTE I 4 TUBICINI DA UNA PARTE MORBIDA (SOFT PART) CHE, OLTRE A PERMETTERE UNA AGEVOLE CURVATURA DELLA SOLA PUNTA (E NON DI TUTTO IL CATETERE) AUMENTA L'ATRALMACITA' DELLA PUNTA STESSA	pz. 15	pz. 45
TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA TRIENNALE €. 81.000,00 OLTRE IVA		