

## CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

cig	LOTTO 1	U.M.	fabbisogno annuale
79278268F8	Sistema laser medicale CO2 (da fornire in noleggio full risk per mesi 12)	PZ	1
	<p>La fibra flessibile deve presentare i seguenti requisiti:</p> <p>a) modalità continua, pulsata e super pulsata per la chirurgia endoscopica tracheale e nasosinusale benigna e maligna, chirurgica a cielo aperto;</p> <p>b) deve consentire un'erogazione precisa nei punti anatomici critici grazie alla flessibilità e all'alta flessibilità e all'alta visibilità del raggio di puntamento. Pertanto deve avere un diametro da 1 mm. ed una lunghezza di 2 metri;</p> <p>c) deve essere collegabile ad un manipolo dedicato con diametro esterno da 0,4 mm. per la chirurgia endoscopica dell'orecchio per consentire un alto livello di rapidità e precisione dei trattamenti;</p> <p>d) deve essere disponibile nella configurazione Fibra Flessibile monouso, con diametro da 1 mm e lunghezza 2 metri, compatibile con laser CO2 con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato;</p> <p>e) deve essere disponibile nella configurazione Fibra Flessibile pluriuso, con diametro da 1 mm e lunghezza 2 metri, riparabile e riutilizzabile sino a cinque procedure , con possibilità di implementazione futura di una seconda uscita del raggio CO2 anche attraverso braccio articolato;</p> <p>f) deve presentare un microcanale interno che consente il passaggio di aria forzata, contenuta nell'unità di controllo, che raffredda la punta per evitare che carbonizzi.</p>		
	fibre flessibili monouso	PZ	120
	fibre pluriuso	PZ	5
<b>TOTALE COMPLESSIVO LOTTO N. 1 A BASE D'ASTA € 179.375,00</b>			