


Civico Di Cristina Benfratelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE


ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI LA SPECIFICA TECNICA POSSA EVINCERSI
Le colonne fornite devono essere di ultima generazione al momento della consegna		
Il Sistema deve essere aggiornato durante tutto il periodo del full risk ( 12+24 mesi) all'introduzione di ogni aggiornamento sul mercato di nuovi moduli o di nuove tecnologie		
<b>MONITOR</b>		
1. N. 2 Monitor medicali LCD: n. 1 da almeno 31" con definizione 4K n. 1 da almeno 55" 4K dotato di carrello secondario		
2. Schermo resistente e sigillato per una corretta disinfezione senza rischi di infiltrazioni.		
3. Peso contenuto		
4. Ingressi 4K e FullHD		
5. Pip pop		
6. Dotato di carrello per il monitor da 55"		
<b>SISTEMA VIDEO</b>		
7. Sistema video dotato di uscite 2D digitali 4K almeno 3840x2160 e uscite 2D FullHD di tipo 3G-SDI e Hd-SDI		
8. Il sistema dovrà essere in grado di impostare le diverse risoluzioni		
9. Il sistema dovrà essere dotato di una modalità di inserimento dati e gestione delle impostazioni, preferibilmente di tipo Touch Screen, che permetta un agevole impostazione e cambiamento dei settaggi anche durante l'utilizzo		
<b>TESTA DI TELECAMERA</b>		
10. Testa di telecamera 4k con pulsanti per il		



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE

controllo remoto delle funzioni della centralina		
11. Maneggevole e leggera		
12. Messa a fuoco tramite rotella/e		
<b>GENERATORE DI LUCE</b>		
13. Fonte di luce a led e temperatura colore		
14. La fonte di luce dovrà essere dotata di regolazione automatica della luminosità tramite cavo di collegamento con il processore		
15. La fonte di luce dovrà essere dotata di controllo automatico e manuale della luminosità		
<b>INSUFFLATORE CO2</b>		
16. portata regolabile tramite pulsanti fino ad almeno 40 l/min con riscaldatore di CO2		
17. aspirazione e filtraggio dei fumi		
18. visualizzazione in tempo reale della pressione endo-addominale con stadi da 1 mmHg		
<b>POMPA LAPARO LAVAGGIO</b>		
19. impostazione di flusso di lavaggio in modalità costante		
<b>CARRELLO MEDICALE</b>		
20. Porta apparecchiature con trasformatore di isolamento completo di braccio snodato porta monitor e ripiani porta tastiera, 4 ruote antistatiche di cui 2 dotate di freno		
21. il carrello dovrà avere un numero adeguato di prese interbloccate per alimentare tutte le apparecchiature ospitate a bordo		
<b>SISTEMA DI REGISTRAZIONE</b>		
22. Compatto con possibilità di registrare segnali 2 D full HD		
23. Registrazione su Hard disk interno non inferiore a 500 GB e possibilità di connessione di qualsiasi hard disk		



Civico Di Cristina Benfratelli

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA  
SPECIALIZZAZIONE

esterno e USB		
<b>OTTICHE ULTRA HD</b>		
24. n. 1 ottica 10 mm 0°		
25. n. 1 ottica 5 mm 0°		
26. n. 1 ottica 10 mm 30°		
27. n. 1 ottica 5 mm 30°		

Dovrà altresì essere compresa la fornitura di n. 300 tubi di aspirazione o altri materiali consumabili ove necessario. La fornitura dovrà essere all'incirca di 100 pezzi all'anno.