

**n. 1 PASTORIZZATORE LATTE MATERNO DONATO per l'U.O. di Neonatologia con UTIN**

**SCHEDA TECNICA**

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Capacità almeno 3 litri di latte materno per ciclo		
2. Vasche in acciaio inox		
3. Vasche di riscaldamento con metodo Holder e di raffreddamento		
4. Possibilità di pastorizzare latte contenuto in biberon di varie misure		
5. N. 1 cestello per alloggiamento biberon		
6. Verifica del processo di pastorizzazione con stampa al fine di tracciare l'avvenuto corretto trattamento		
7. Funzionamento con rete elettrica		
8. Software per trasferimento su PC dei dati della donatrice ed esami eseguiti		
9. N. 1 programma di pastorizzazione standard con metodo Holder. Tale programma dovrà essere modificabile sia nei tempi che nelle temperature al fine di adattarsi alle eventuali nuove linee grida e/o leggi		
10. Apparecchiatura deve essere nuova e di ultima generazione, non ricondizionata e in grado di offrire un livello di prestazioni compatibili con la più moderna tecnologia		

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 10**

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO