n. 1 MASTOSUTTORE ELETTRICO per l'U.O. di Neonatologia con UTIN

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Regolazione indipendente della potenza di aspirazione e il ciclo di aspirazione		
2. Regolazione aspirazione rapida e bassa ed una lenta e alta in maniera progressiva		
3. Regolazione del livello del ritmo e della suzione con una sola manopola		
4. Possibilità di non fare entrare in contatto l'aria sfiatata durante il ciclo di estrazione con il raccoglitore di latte		
5. Potenza di aspirazione variabile da -50 a - 350 hPa		
6. Frequenza variabile da 20 a 160 cicli/minuto		
7. Risciacquabile e sterilizzabile		
8. Doppia porta – raccoglitore del latte		
9. Foro di evacuazione con chiusura ermetica posizionato in modo tale da rendere più agevole possibile la raccolta del latte drenato		
10. Presenza di un segnalatore che indichi il livello di necessità di igiene circuito interno		
11. Contenitore per evitare l'aspirazione accidentale del latte in eccesso dentro il circuito del tiralatte		

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 11

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO