



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA Provveditorato

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662655

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

Prot. n. 2349 del 02/09/2019

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisto di n. 600 maschere laringee con canale endoscopico per l'U.O.C. di Gastroenterologia del P.O. Civico ARNAS.

Questa Amministrazione deve procedere ad acquistare i prodotti di cui in oggetto, le cui caratteristiche tecniche sono allegate in calce alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di prodotti aventi **caratteristiche collimanti** con quelle appresso descritte;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino) riferito all'unità di misura e non alla confezione. Pertanto è fatto obbligo a codesta ditta di indicare i migliori prezzi praticati presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, pubbliche e private, sul territorio nazionale dalla casa madre negli ultimi dodici mesi, considerando la medesima tipologia di contratto. Si fa pertanto carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato, d'indicare sia il prezzo unitario del singolo prodotto che quello complessivo dell'intera fornitura su base annuale, con l'indicazione anche della percentuale dell'aliquota IVA;
- 3) se i prodotti sono presenti sul MEPA, indicandone i codici al fine di rintracciarli sul MEPA.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

A tal proposito **si raccomanda di non inviare schede tecniche dei prodotti proposti.**

Nel caso che la descrizione delle caratteristiche tecniche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente

tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

Si prega di volere dare riscontro alla presente entro e non oltre il 09/09/2019 alla seguente email:rosaliavaleria.miceli@arnascivico.it all'att. della D.ssa Valeria Miceli.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655-fax 091/6662672.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff. U.O.C. Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



Oggetto: richiesta acquisto maschere laringee con canale endoscopico per procedure sul tratto gastro-intestinale superiore.

Con la presente si richiede la fornitura di dispositivi sovra-glottici (maschere laringee) per il controllo delle vie aeree dei pazienti da sottoporre a procedure di endoscopia del tratto gastrointestinale superiore, in grado di ottenere e mantenere il controllo della ventilazione del paziente e di consentire, allo stesso tempo, l'accesso diretto all'esofago e al tratto gastrointestinale superiore.

Si richiede, inoltre, che le maschere laringee abbiano le seguenti caratteristiche:

- essere in silicone cuffiabile per procedure gastriche con ampio canale per l'introduzione dell'endoscopio posizionato parallelo al tubo di ventilazione;
- di essere provvisti di connettore per la ventilazione inclinato per facilitare l'inserimento e manovrabilità dell'endoscopio;
- di aver un sistema di gonfiaggio con valvola pilota della cuffia, che consenta un monitoraggio visivo costante della pressione all'interno della cuffia;
- di misure diverse (3 - 4 -5).