



Civico Di Cristina Benfratelli  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO  
Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

Telefono  
091 6662680

FAX  
091 6662672

EMAIL  
[provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it)

WEB  
[www.arnascivico.it](http://www.arnascivico.it)

DATA  
09/09/2019  
PROT.  
2019/ 2427

Spett.le Ditta

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di " materiale specialistico monouso per procedure endourologiche di calcolosi percutanea" da utilizzare presso l'UOC di Urologia**

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire "materiale specialistico monouso per procedure endourologiche di calcolosi percutanea" da utilizzare presso l'UOC di Urologia dell'Arnas, meglio identificato nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio , presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di contratto.

Nel caso che, al presente avviso darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

**Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.**

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 23.09.2019 e-mail : [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it); [giuseppe.salamone@arnascivico.it](mailto:giuseppe.salamone@arnascivico.it) (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680 (rag. Giuseppe Salamone).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

**IL DIRETTORE FF UOC PROVVEDITORATO**

**Ing. Vincenzo Spera**



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

### Capitolato Tecnico

**Set dilatatori progressivi ureterali composto da 6 misure da (6-8-10-12-14-16 fr x 70 cm completo di una guida in acciaio teflonato da 0,38x150 cm, i cateteri del set devono essere sequenziale in polimero termoplastico idrofilico  
fabbisogno annuale pz. 30**

**Ago introduttore ecogenico realizzato in acciaio chirurgico per ideale rigidità per posizioni procedura percutanea, con ago trocar da 18GAx20cm, con punta ad elevatissima ecogenicità compatibile con guide da 0,38, camicia radiopaca completo di raccordo luer lock ago completo monouso  
fabbisogno annuale pz. 50**

**Dilatatori renali di Amplatz/sheath dotati di guaina nelle misure di 8-12-14-16-18-20-22 fr in teflonato sterili monouso radiopache compatibili con camice di amplatz post dilatazione  
fabbisogno annuale pz. 20**

**Camicie di amplatz post dilatazione facciale dal diametro 12-14-16-18-20-22 fr con lunghezze trasparenti e non. Compatibili con i dilatatori progressivi coassiali ed a palloncino superassorbenti e scorrevoli punta a becco di flauto realizzate in ptfe teflonato sterili monouso  
fabbisogno annuale pz. 20**

**Catetere da introduzione 8/10 fr per dilatazione iniziale ed introduzione in un unico manovellatore per sicurezza composto da stiletto da 8 fr. con lunghezza 70 cm e da una camicia di 10 fr luer lock precaricata dotata di raccordo luer lock realizzato in ptfe  
fabbisogno annuale pz. 20**