



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662680

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
16/09/2019
PROT.
2019/ 2513

Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di " di materiale specialistico per l'infusione continua sottocutanea" occorrente all'U.O. Hospice dell'Arnas.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire "**materiale specialistico per infusione continua sottocutanea**" occorrente all'UO Hospice dell'Arnas , meglio identificato nel capitolato tecnico allegato alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio , presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di contratto. **Ove alla presente indagine di mercato darà riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale .**

Nel caso che, Codesta Ditta, dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

Qualora, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 01.10.2019 e-mail : provveditorato@arnascivico.it; giuseppe.salamone@arnascivico.it (c.a. Rag. G. Salamone).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662680 (rag. Giuseppe Salamone).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE FF UOC PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Capitolato Tecnico

Dispositivo per infusione con, ago in acciaio o in teflon, che facilità l'inserimento a 90° e da 20° a 45° con le seguenti caratteristiche:

- tubo doppio strato anti-inguincchiamento che riduce i volumi di priming e lo scarto di farmaco;
- connettore luer-lock che permette la connessione a qualsiasi tipologia di sistema di infusione (pompa, elastomero, syringe driver etc);
- cerotto adesivo ipoallergico di poliestere non tessuto traspirante;
- opzione di sconnessione nella zona di applicazione che rende il dispositivo ideale per trattamenti a lungo termine;
- finestra trasparente per il monitoraggio del punto di inserimento;
- sistema di biosicurezza attivo che minimizza il rischio di punture accidentali;

Il dispositivo suddetto deve essere anche disponibile con 2, 3 o 4 aghi in acciaio inox G27 ed inserimento a 90° per uso simultaneo per più di un sito di infusione.

Fabbisogno annuale:

- dispositivo , cannula da 17 mm, tubo da 60 cm ; n. 20 confezioni da 10 pezzi;
- dispositivo , cannula da 9 mm, tubo da 60 cm ; n. 60 confezioni da 10 pezzi;
- dispositivo ,G27 , 2 vie, ago da 10 mm, tubo da 60 cm ; n. 05 confezioni da 10 pezzi.