

REGIONE SICILIANA
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI
CIVICO E BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di **“CANNULE E SONDE”** per le necessità di questa Azienda Ospedaliera per un periodo di mesi 24 (ventiquattro). L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere al rinnovo della fornitura per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici). La procedura scelta è quella aperta, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 163/2006 e s. m. i.-

ART. 2

I prodotti da fornire, le loro principali caratteristiche tecniche ed i relativi quantitativi presunti espressi su base annuale sono elencati nel capitolato tecnico, “allegato A” che forma parte integrante del presente capitolato.

Le misure riportate nell’allegato “A” di cui sopra, devono intendersi indicative. La commissione esaminatrice, procederà a valutare caso per caso, la tolleranza dello scostamento delle misure indicate nel suddetto allegato

Le quantità indicate nell’allegato capitolato tecnico (allegato “A”), relative a ciascun prodotto, hanno valore meramente indicativo pertanto l’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno delle Divisioni di questa Azienda, pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore nel corso del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali- quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE, recepita con D.L. 46/97, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e GMP.

L’impresa aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell’Azienda e’ tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa e' altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale. Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l'uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l'adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all'Azienda Ospedaliera .

ART .3

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E' necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell'asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di una etichetta recante:

- Marcatura di conformità CE
- Descrizione del prodotto in lingua italiana
- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti
- Dicitura monouso e/o sterile
- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore
- Eventuali istruzioni d'uso e classe di appartenenza
- Numero identificativo del lotto e data di produzione
- Data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Codice del prodotto
- Informazioni necessarie alla corretta conservazione

ART .4

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.

ART .5

Sono ammesse offerte per uno o più lotti.

Non sono ammesse alternative.

I lotti sono indivisibili.

Le Ditte devono indicare l'offerta in Euro (sia in cifre che in lettere), seguendo la numerazione progressiva di cui all'allegato "A", specificando l'importo totale del lotto, nonché il prezzo unitario dei dispositivi nello stesso contenuti, lo sconto percentuale applicato sull'importo posto a base d'asta, indicando a parte la percentuale di IVA applicabile. I prezzi indicati in Euro non devono superare le quattro cifre decimali.

I prezzi offerti devono intendersi per merce consegnata franca di ogni rischio e spesa all'interno dei locali della Farmacia dell'Azienda e resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi. L'eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all'art. 115 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.-.

Ferme restando le condizioni stabilite nella gara, la ditta aggiudicataria può proporre all'Azienda di sostituire i dispositivi aggiudicati con altri analoghi che presentino migliori caratteristiche tecniche qualora vengano posti in commercio durante il periodo di fornitura, senza variazione del prezzo di gara.

Per la presentazione dell'offerta ci si deve attenere a quanto di seguito indicato:

BUSTA N.1 – deve recare all'esterno la dicitura "**CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**"; in essa va inserita:

1. l'allegato modello "B" "Dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara" compilato e sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000;
2. dichiarazione, ai sensi dei D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante che attesti quanto segue:
 - a) attestazione di possesso della capacità economica finanziaria dell'impresa ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera a) D. Lgs.163/2006, verificabile con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;
 - b) attestazione di possesso della capacità tecnica e professionale, art. 42, comma 1 lettera a) D. Lgs. 163/2006, verificabile attraverso la presentazione di certificazioni rilasciate da Enti pubblici o privati attestanti le forniture inerenti all'oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
 - c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs.163/2006;
 - d) di possedere, o meno, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
 - e) la regolarità contributiva INPS ed INAIL (2006-2007-2008);
 - f) l'elenco di tutte le Aziende Ospedaliere e A.S.L. presenti sul territorio nazionale alle quali la ditta fornisce il materiale oggetto di gara;
 - g) elenco dei lotti per cui la ditta intende proporre offerta;

Per l'ammissione alla gara è sufficiente presentare solo l'autocertificazione, senza allegare i certificati attestanti quanto dichiarato, **con l'esclusione delle dichiarazioni di cui al punto 2, lettera a). che devono essere presentate già in sede di gara.**

3. copia del presente capitolato speciale sottoscritto dal legale rappresentante in ogni sua pagina, per accettazione;
4. n. 1 copia di un documento valido del legale rappresentante;

5. Ai sensi **dell'art. 75 del D. Lgs.163/2006** la ditta partecipante deve costituire un deposito cauzionale pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, per ogni lotto cui si intende partecipare. L'importo della cauzione e della garanzia, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1, sono ridotte del 50% qualora l'Impresa risulti certificata (**vedi punto 2, lettera d**);
6. Dovrà, altresì, essere prodotta, **pena l'esclusione**, una dichiarazione, da parte di un fideiussore, attestante l'impegno a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui **all'art. 113 del D. Lgs.163/2006**, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e la garanzia venga prestata tramite fideiussione bancaria o assicurativa la stessa deve prevedere:
 - la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
 - la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta da parte di questa Azienda.
7. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione di cui all'art. 1, commi 65 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 per l'anno 2008, **la ricevuta** in originale del versamento, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità, in questo ultimo caso, allegare copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il codice **CIG** identificativo del lotto cui si partecipa (**vedi bando di gara**).

Il versamento può essere effettuato:

- mediante conto corrente postale n. 73582561 intestato "AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI" Via di Ripetta ,246- 00186 ROMA;
- tramite pagamento on-line collegandosi con il sito dell'Autorita' all'indirizzo (www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007), in tale ipotesi allegare copia stampata della e-mail di conferma dell'avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della suddetta certificazione comporterà l'esclusione dalla gara.

Nello stesso plico (busta n. 1) dovrà essere inserito il listino in vigore e regolarmente depositato alla Camera di Commercio di competenza.

Le ditte partecipanti saranno sottoposte a sorteggio e verifica ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 163/2006.

BUSTA N. 2 – deve recare all'esterno la dicitura "**CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA**" -

Le ditte partecipanti dovranno presentare, **pena l'esclusione dalla gara**, cataloghi, schede tecniche (**su cui va riportato il numero del lotto di riferimento**) e quanto altro ritengano utile per una migliore valutazione dell'offerta, nonché l'elenco dei prodotti offerti. La documentazione tecnica deve essere accompagnata da certificazione attestante:

1. Denominazione del dispositivo e relativo codice
2. Ditta produttrice, stabilimento di produzione, distributore
3. Agente /referente di zona per il servizio assistenza e vendita
4. Dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica (D.Lgs. 81/08). Copia dei certificati attestanti la conformità dei prodotti offerti, da parte di istituti o servizi ufficiali incaricati (art. 43 D.Lgs.163/2006).

La documentazione tecnica dovrà, inoltre, fornire dati esaurienti relativi a:

1. Composizione e caratteristiche dei materiali impiegati nella produzione
2. Compatibilità e tollerabilità di detti materiali con tessuti e liquidi biologici e/o test di atossicità effettuati.
3. Produzione conforme alle norme F.U. e CE in vigore
4. Destinazione d'uso del prodotto
5. Classe di rischio CE del prodotto e indicazione dell'organismo notificato (allegare copia della certificazione CE)
6. Processo di sterilizzazione adottato e dati di sicurezza (es. residui pre-sterilizzazione ad ossido di etilene)
7. Dimensioni del dispositivo (misura, lunghezza, ecc)
8. Caratteristiche del confezionamento e del materiale impiegato per esso
9. Avvertenze per l'uso e lo stoccaggio
10. Assenza di lattice (quando richiesto).

Successivamente l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle ditte aggiudicatrici; in caso negativo anche di una sola di dette dichiarazioni, accertato con qualsiasi mezzo di prova che questa Amministrazione riterrà opportuno adottare, alla ditta sarà annullata l'aggiudicazione .

I dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Riguardo al trattamento dei predetti dati personali le ditte partecipanti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003.

BUSTA N 3. deve recare all'esterno la dicitura: "**CONTIENE OFFERTA ECONOMICA**". In essa dovrà essere racchiusa l'offerta economica redatta su carta legale del valore corrente ai sensi di quanto previsto dall'art. 86, comma , 5 del D. Lgs. 163/2006, firmata dal legale rappresentante o da altra persona autorizzata.

Nell'offerta, la Ditta dovrà indicare i prodotti offerti specificando per ognuno almeno:

- 1-lotto ed eventuale riferimento
- 2-denominazione del prodotto
- 3-codice prodotto
- 4-prezzo unitario netto
- 5-prezzo a confezione-numero di pezzi a confezione
- 6-prezzo totale lotto indivisibile
- 7-aliquota iva in vigore
- 8-sconto applicato sulla base d'asta.

In conformità al contenuto dell'art. 86, comma 5 del D. Lgs.163/2006, l'offerta economica dovrà contenere un report di analisi dei costi che dovrà tenere conto dei seguenti elementi, espressi in percentuale:

- l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- soluzioni tecniche adottate;
- le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

- il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva;
- il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;

Relativamente ai costi di fabbricazione/produzione, dovrà essere indicato il costo delle materie prime, oltre al costo dell'energia e dei servizi di produzione. Per i rivenditori sarà possibile indicare il prezzo di acquisto del prodotto, in luogo dei costi di produzione, se non conosciuti.

N.B. questi dati dovranno essere indicati in una autonoma e separata dichiarazione rispetto all'offerta economica e non verranno inoltrati o resi noti alle Imprese concorrenti in caso di richiesta di copia o di accesso agli atti.

Le buste n. 1, n. 2 e n. 3, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, dovranno essere racchiuse in una **quarta busta**, anch'essa sigillata, che dovrà riportare all'esterno la ragione sociale dell'offerente, l'oggetto della gara e la dicitura:

“CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTI DI GARA PER LA FORNITURA DI “CANNULE E SONDE”-

Non utilizzare ceralacca per sigillare le buste

Il plico dovrà pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, non giunga entro i termini fissati dal bando di gara.

Qualora la ditta partecipante intenda consegnare il plico direttamente a mano, lo stesso dovrà essere recapitato presso l'Ufficio protocollo, 4° - piano, esclusivamente in orario d'ufficio (09,00/13,00) di tutti i giorni, sabato escluso, lo stesso vale anche per la consegna del plico contenente la campionatura. L'ufficio Protocollo è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

ART .6

Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di campionatura, in ogni caso, l'Azienda si riserva di richiederla successivamente, qualora ciò si rendesse necessario per la valutazione della conformità da parte dell'Organo tecnico. La campionatura deve sempre intendersi gratuita, nel documento di trasporto dovrà essere specificato “campioni gratuiti per gara”-

Il campione dovrà riportare il numero del lotto di riferimento corrispondente all'elenco di fornitura di cui all'allegato “A” e la ragione sociale della Ditta offerente.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

- 1.numero identificativo del lotto
- 2.codice/codici del prodotto offerto
- 3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

ART .7

L'aggiudicazione dovrà intendersi per lotto unico e indivisibile.

L'Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere o annullare totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire ad aggiudicazione della stessa.

Si procederà all'aggiudicazione solo in presenza di due offerte valide.

In presenza di offerta unica questa Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione previa verifica della congruità del prezzo offerto.

Nel caso di presentazione di più offerte successive da parte della stessa ditta, presentate tutte nel rispetto del presente Capitolato Speciale, sarà ritenuta valida solo l'ultima offerta pervenuta.

Per un'ampia esplicazione del principio di concorrenza, si procederà all'esclusione di un concorrente solo in presenza di offerte :

- redatte in modo difforme da quanto previsto dal Capitolato Speciale;
- non sottoscritte dal legale rappresentante;
- pervenute oltre i termini stabiliti nel bando di gara indipendentemente dal motivo del ritardo;
- condizionate;
- equivoche.

Gli errori, se materiali e riconoscibili, verranno sanati se queste operazioni si risolveranno in semplici calcoli matematici.

La mancanza di uno o più documenti, sia amministrativi che tecnici, richiesti nei plichi 1) e 2) non comporteranno l'esclusione del concorrente (sempre che gli stessi non siano stati richiesti a pena di esclusione).

L'aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio di cui all'art. 82, comma 1) del D. Lgs.163/2006, e cioè a favore dell'impresa che avrà offerto, per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, il prezzo più basso.

Saranno ammesse soltanto le offerte in diminuzione mentre saranno escluse quelle alla pari e le offerte in aumento.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano proposto lo stesso prezzo, anche calcolando almeno 4 decimali, si procederà, seduta stante, come segue.

I concorrenti presenti che hanno formulato le stesse offerte economiche, saranno invitati, qualora muniti di idonea procura, a migliorare immediatamente l'offerta con una riduzione del prezzo; analoga procedura sarà eseguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente.

Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti rifiutano o non sono autorizzati ad effettuare l'offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio.

In presenza di offerte ritenute anormalmente basse si procederà ai sensi dell' art. 86, comma 1), del D. Lgs.163/2006, le giustificazioni potranno essere richieste ai sensi degli art. 87 e 88 dello stesso decreto legislativo.

ART .8

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell'aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi , analoghi a quelli aggiudicati ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A. O. può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori e dalla Direzione di Farmacia con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati , senza ulteriori aggravii di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti.

ART .9

In caso di aggiudicazione, la Ditta fornitrice si impegna a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell'orario e del luogo di consegna di volta in volta indicate nelle lettere d'ordine.

La consegna dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli ordini secondo le modalità e negli orari stabiliti dall'Azienda Ospedaliera, salvo diverso calendario opportunamente e preventivamente concordato e comunque entro le 24 ore dalla notifica in casi di urgenza.

Il controllo della merce viene effettuato dal Direttore della Farmacia dell'Azienda o da suoi delegati.

Per i ritardi immotivati nelle consegne sarà applicata, dal quinto giorno di ritardo, una penale pari al 2% per ogni giorno di ritardo calcolato sull'ammontare della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo.

L'ammontare delle penali e l'eventuale spesa sostenuta per l'affidamento a terzi della fornitura sarà addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto di cui trattasi, ovvero qualora non vi sia capienza, sui crediti derivanti da altri contratti che l'Impresa ha in corso con l'Azienda, ovvero sulla cauzione.

In quest'ultimo caso, se il contratto non è risolto, la cauzione deve essere integrata dall'impresa entro 15 gg dalla richiesta dell'Azienda.

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell'Amministrazione.

La merce deve essere consegnata franca delle spese di magazzino e di trasporto.

Non saranno accettati prodotti che al momento della consegna abbiano una validità residua inferiore ai 3/4 di quella nominale.

Su ogni documento di trasporto devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (numero del lotto, data di preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell'ordine a cui si riferisce la spedizione ecc...).

Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna si intenderanno, come non presentate. L'A. O. e per essa l'Ufficio di Farmacia ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste, inoltre sarà cura del Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell'uso del prodotto.

Nel caso in cui il prodotto finito non risultasse conforme a quello offerto, la Ditta sarà obbligata alla sostituzione entro 10 giorni.

La firma, all'atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati, la quantità degli stessi sarà accertata presso i locali dell'Ufficio di Farmacia entro 8 giorni dalla consegna e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell'Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura, qualora si verificassero contestazioni i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

La misura dell'interesse moratorio, per ritardato pagamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs.231/02 e delle condizioni specifiche del mercato sanitario, è stabilita prevedendo una maggiorazione di 1 (uno) punto (dal 91° - al 180° - giorno) e 2 (due) punti (dal 181° - giorno in poi) sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in G.U. è prevista dall'art. 5, comma 2, dello stesso decreto.

Il contraente si impegna a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori senza addebito di spese legali di recupero all'Azienda.

Si precisa inoltre che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

ART .10

Ai sensi dell'art. 113 del D. lgs.163/2006 la ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. Tale cauzione, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

ART .11

La fornitura avrà decorrenza dall'aggiudicazione definitiva per ventiquattro mesi, a seguito di deliberazione da parte del Direttore Generale e con le modalità di cui **agli artt.11 e 12 del D.lgs.163/2006-**

La ditta aggiudicataria dovrà fornire, su richiesta di questa Amministrazione, i documenti per cui sono state presentate dichiarazioni sostitutive richieste dal capitolato speciale di appalto e ogni altro documento necessario per l'eventuale stipula del contratto pubblico. I relativi costi, anche fiscali, inerenti la registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e la fornitura da parte della ditta aggiudicataria, sono regolati dalle norme e dalle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale.

ART .12

La data dell'apertura dei plichi, **busta 1) e 2)**, al fine di verificarne la regolarità verrà, qualora non indicata nel bando di gara, successivamente comunicata a mezzo telefax.

L'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (**busta 3)** e la conseguente aggiudicazione, avverrà con calendario che sarà comunicato alle ditte interessate, dopo che l'apposito Organo tecnico aziendale avrà esaminato la campionatura e la documentazione tecnica ed avrà inviato apposita relazione tecnica di conformità.

Gli atti del procedimento sono depositati presso l'U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico al numero 091/6662265.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti sul sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su

tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Si informa che il responsabile del procedimento in oggetto è il Sig. Ubaldo Ferrante.

Il Dirigente Responsabile l'Area Provveditorato è il dr. Gianfranco Scarpello.

ART .13

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

I contraenti, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. , convengono espressamente che il contratto si risolva di diritto, con provvedimento motivato e previa comunicazione alla ditta aggiudicataria, nei seguenti casi:

- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, come previsto dall'art. 9 del presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a dieci giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'Impresa aggiudicataria possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della Legge 488/99, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento e per suo motivato ed insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del D. P. R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'Impresa è obbligata a comunicare all'Azienda Ospedaliera le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART .14

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo.

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dall'ARNAS al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

Art .15

La disciplina della cessione crediti e del subappalto è regolamentata dagli **artt. 117 e 118 del D.lgs. 163/2006-**

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

In caso di avvalimento la ditta concorrente dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i., la stessa dovrà presentare, **pena l'esclusione**, la seguente documentazione:

- una dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'Impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006;
- una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga, verso la ditta concorrente e l'Azienda Ospedaliera, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente la ditta concorrente, per tutta la durata del contratto;
- una dichiarazione, sottoscritta dall'Impresa ausiliaria, con cui attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale raggruppata/anda o consorziata/anda e che non si trova in una situazione di controllo con una delle altre Imprese che partecipano alla gara;
- originale o copia autenticata del contratto di avvalimento o, in caso di avvalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la ditta concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura. L'impresa concorrente potrà avvalersi, per ogni requisito, di più imprese ausiliarie sommando le loro capacità.

Non è consentito, **a pena d'esclusione**, che più ditte concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

Art .16

In applicazione alle norme di cui al DPR 184/2006 ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all'Area Amministrativa – Provveditorato.

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

€0,15 per ogni facciata di formato A4

€ 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art .17

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

Il presente capitolato è formato da n. 17 articoli su 12 pagine, costituiscono altresì parte integrante dello stesso:

Allegato "A";

Allegato "B";

Palermo lì, _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. F.sco LICATA di BAUCINA)

PER ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO

Data, timbro e firma del legale rappresentante

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEGLI ARTT. 7- 9-12- 13- 14 DEL CAPITOLATO, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.

Data, timbro e firma del legale rappresentante

ALL. "A"

**CAPITOLATO TECNICO CANNULE E SONDE
fabbisogno presunto per 12 mesi**

LOTTO 1

Sonde nasogastriche per aspirazione / decompressione

In PVC o equivalente atossico e trasparente, radio-opache ad una via, con marker di profondità, con almeno due fori laterali e punta chiusa radio-opaca inglobata nel tubo, bordi smussi e atraumatici, raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 40-50 circa.

Diam. da Ch5 e/o Ch6 a 16 e/o 18Ch circa

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ.3.500

Importo a base d'asta

€ 1,800,00

LOTTO 2

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In PVC, radio-opache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radio-opaca inglobata nel tubo, raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch6 , Ch8 , Ch10, Ch12 , Ch14, Ch16, Ch18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 4.000

Importo a base d'asta

€ 2,900,00

LOTTO 3

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione

In poliuretano morbido, radio-opache ad una via tipo Levin, con marker di profondità, quattro fori laterali e punta chiusa radio-opaca inglobata nel tubo, raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 120 circa.

Diam. Ch12, Ch14, Ch16, Ch18 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 500

Importo a base d'asta

€ 700,00

LOTTO 4

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione e/o lavaggio

In PVC atossico, linea radio-opaca a due vie tipo Salem, con marker di profondità, molteplici fori laterali e punta chiusa radio-opaca inglobata nel tubo, raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza cm 60 circa.

Diam. Ch6 e Ch8

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 10

Importo a base d'asta

€ 50,00

LOTTO 5

Sonde nasogastro-duodenali per aspirazione / decompressione e/o lavaggio

In PVC atossico, linea radio-opaca a due vie tipo Salem, con marker di profondità, molteplici fori laterali e punta chiusa radio-opaca inglobata nel tubo, raccordabili al sistema di aspirazione.

Lunghezza da cm 90 a cm 120 circa.

Diam. Tutti i Ch disponibili sino al Ch36 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 100

Importo a base d'asta

€ 500,00

LOTTO 6

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radio-opache a due vie, auto-lubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 60 circa

Diam. Ch6 e/o Ch8 circa

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1000

Importo a base d'asta

€ 15,000,00

LOTTO 7

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radio-opache a due vie, auto-lubrificanti, con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza almeno cm 90 circa

Diam. Ch10 – Ch12 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 2000

Importo a base d'asta

€ 31,000,00

LOTTO 8

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In poliuretano morbido, radio-opache a due vie, auto-lubrificanti, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi e atraumatici. Muniti di tappo di chiusura.

Lunghezza cm 90 circa

Diam. Ch14 circa.

Monouso, sterili in confezione singola.

PZ. 1000

Importo a base d'asta

€ 14,000,00

LOTTO 9

Sonde nasogastro- duodenali per alimentazione digiunale ed aspirazione gastrica

In poliuretano a tre vie, con posizionamento naso-enterico, su guida, e/o con endoscopio, basso diametro esterno/interno, marcatura ogni 10 cm, oliva terminale e mandrino inserito flessibile e facilmente estraibile, compatibili con pompe per NE.

Lunghezza : cm 95(gastrica) a 150(digiunale)
Diam. Ch9(digiunale)/ Ch16(gastrica)
Monouso, sterili in confezione singola.
PZ. 200

Importo a base d'asta € 37,000,00

LOTTO 10

Sonde per alimentazione enterale naso-digiunali

Sonda naso-digiunale auto-posizionante in poliuretano rivestita di idromero, spiralata nella porzione distale con due spirali e mezza, con quattro fori laterali nell'estremità distale, con tacche radio-opache e filo guida metallico con attacco luer.

Misure richieste: 8-10chx145 cm circa

PZ.100

Importo a base d'asta €18,000,00

LOTTO 11

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch6, Ch8, Ch10, Ch14, Ch16, Ch18 circa.

PZ. 80.000

Importo a base d'asta € 135,000,00

LOTTO 12

Sonde tracheali con valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore senza anello in prossimità distale.

Lunghezza 30 cm circa.

Diam. Ch6, Ch8 e Ch10 circa.

PZ. 10.000

Importo a base d'asta € 17,000,00

LOTTO 13

Sonde tracheali senza valvola di controllo

Per aspirazione tracheale. In PVC morbido, con foro centrale e fori laterali. Punta smussa e atraumatica, trasparenti, raccordo distale codice colore con anello in prossimità distale che allontana la sonda dalla parete tracheale per evitare trauma alle mucose.

Lunghezza 60 cm circa.

Diam. Ch6 e Ch8 circa.

Pz.1000

Importo a base d'asta € 1,550,00

LOTTO 14

Tubi endo-bronchiali sx senza sperone

In PVC a due lumi separati, per bronco sinistro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y.

Diam. Ch26, Ch28, Ch35, Ch37, Ch39, Ch41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

Importo a base d'asta

€ 50,000,00

LOTTO 15

Tubi endo-bronchiali dx senza sperone

In PVC a due lumi separati, per bronco destro, provvisti di raccordo girevole con dispositivo che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo a Y diam Ch26, Ch28, Ch35, Ch37, Ch39, Ch41, circa.

Monouso sterili in confezione singola.

PZ. 500

Importo a base d'asta

€ 50,000,00

LOTTO 16

Tubi endo-bronchiali sx senza sperone per tracheo-stomizzati

Misura Ch39, lunghezza parte tracheale 75-85-95 mm

Pz. 25

Importo a base d'asta

€ 7,000,00

LOTTO 17

Tubi endo-bronchiali dx senza sperone per tracheo-stomizzati

Misura Ch39, lunghezza parte tracheale 75-85-95 mm

Pz. 25

Importo a base d'asta

€ 7,000,00

LOTTO 18

Tubi tracheali cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, con cuffia a bassa pressione alto volume residuo, punta atraumatica tipo MAGILL, linea radio-opaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 200

Importo a base d'asta

€ 2,600,00

LOTTO 19

Tubi tracheali non cuffiati armati

Tubo tracheale oro/nasale in PVC, con spirale di rinforzo inglobata nella parete, punta atraumatica tipo MAGILL, linea radio-opaca longitudinale.

Misure da 3.0 a 7.0 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 100

Importo a base d'asta

€ 1,300,00

LOTTO 20

Tubi tracheali non cuffiati

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, non cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radio-opaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 2.0 a 6.5 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 300

Importo a base d'asta

€ 400,00

LOTTO 21

Tubi tracheali cuffiati pediatrici e adulti

In PVC trasparente, per intubazione sia nasale che orale, cuffiato, munito di raccordo standard da mm 15, linea radio-opaca, punta atraumatica con occhio di MURPHY e marcatura di profondità in nero.

Misure da 3.0 a 10 circa

Monouso sterili in confezione singola

PZ. 6.000

Importo a base d'asta

€ 7,300,00

LOTTO 22

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc.25

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di bronco - aspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di circa cm 50, di recipiente da ml 25 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l'aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per identificazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Sonda per uso pediatrico, diam Ch8- 10 circa

PZ. 50

Importo a base d'asta

€ 200,00

LOTTO 23

Aspiratore di mucosità tipo LUKENS cc.70

Sistema di aspirazione chiuso di secrezioni, per la effettuazione di bronco - aspirato. Il sistema deve essere fornito di sonda di aspirazione della lunghezza di circa cm 50, di recipiente da ml 70 circa, di tappo ermetico da utilizzare dopo l'aspirazione per la chiusura del recipiente stesso e di etichetta per identificazione paziente. Monouso sterili, in confezione singola.

Sonda per uso adulti, diam Ch14- 18 circa

PZ. 1.000

Importo a base d'asta

€ 8,500,00

LOTTO 24

Tubo endotracheale non cuffiato – Pediatrico - Adulti – Silicone

In silicone, trasparente, linea radio-opaca, non cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL e MURPHY, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 2 a 9 circa.

PZ. 200

Importo a base d'asta

€ 3,000,00

LOTTO 25

Tubo endotracheale cuffiato – Pediatrico - Adulti – Silicone

In silicone, trasparente, linea radio-opaca, cuffiati, per intubazione orale e nasale, punta atraumatica, nella varietà MAGILL e MURPHY, tacche di riferimento, raccordo standard da 15 mm.

Monouso, sterile in confezione singola.

Misura da 4.0 a 9.5 circa.

Pz.50

Importo a base d'asta

€ 1,200,00

LOTTO 26

Tubo RAE orale non cuffiato – Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY, con curva preformata, per interventi al capo e al collo, per l'intubazione orale.

Misura 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 50

Importo a base d'asta

€ 80,00

LOTTO 27

Tubo RAE orale cuffiato – Adulti

In PVC trasparente, nella versione MURPHY, con curva preformata, per interventi al capo e al collo, per l'intubazione orale.

Misura da 6.0 a 9.0 circa.

PZ. 300

Importo a base d'asta

€ 500,00

LOTTO 28

Tubo RAE nasale non cuffiato – Pediatrico

In PVC trasparente, nella versione MURPHY per intubazione nasale, con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/7 circa.

PZ. 50

Importo a base d'asta

€ 80,00

LOTTO 29

Tubo RAE nasale cuffiato – Adulto

In PVC trasparente, nella versione MURPHY per intubazione nasale, con curva preformata, per interventi al capo ed al collo.

Misura da 6.0 a 9.0 circa.

PZ. 300

Importo a base d'asta

€ 500,00

LOTTO 30

Tubo a doppio lume per l'intubazione di emergenza, difficile o alla cieca

Dotato di due cuffie, la prossimale o faringea serve a bloccare il tubo nel faringe, la distale serve, in caso di posizionamento esofageo, ad evitare l'aspirazione di contenuto gastrico in trachea. In caso di posizionamento esofageo la ventilazione avviene attraverso il lume principale o lume esofageo. In caso di posizionamento in tracheale la ventilazione avviene attraverso il lume secondario o tracheale che funziona come un normale tubo endotracheale.

Il Kit comprende:

n. 1 Combitube misura ch37 o ch41

n. 2 Siringhe pre-riempite con la quantità d'aria necessaria per gonfiare le cuffie

n. 1 Sondino per aspirazione del contenuto gastrico da inserire nel lume secondario in caso di posizionamento esofageo.

Ch37

PZ. 25

Ch41

PZ. 25

Importo a base d'asta

€ 7,000,00

LOTTO 31

Mandrino

In materiale metallico malleabile, con guaina esterna di protezione da consentire la facilità d'inserimento e di estrazione dal tubo. Lunghezza adeguata ed anello di tenuta alla estremità orale del tubo.

Misure per tubi con diam interno da 2.5 a 4.5 mm circa

Misure per tubi con diam interno da 5 a 8 mm circa

Misure per tubi con diam interno da 8.5 a 10 mm circa

PZ. 250

Importo a base d'asta

€ 1,350,00

LOTTO 32

Kit per tracheostomia percutanea con pinza (metodo GRIGGS)

E' composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una pinza dilatativa sterilizzabile, una cannula tracheo-stomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam interno mm 7 – 8 circa a richiesta.

PZ. 15

Importo a base d'asta

€ 7,000,00

LOTTO 33

Kit per tracheostomia percutanea senza pinza (metodo GRIGGS)

E' composto da un ago G14, un filo guida in acciaio inox, un dilatatore, una cannula tracheo-stomica con cuffia a bassa pressione.

Misura diam interno mm 7 – 8 circa a richiesta.

PZ. 100

Importo a base d'asta

€ 32,000,00

LOTTO 34

Filo guida di ricambio per kit per tracheostomia secondo GRIGGS.

PZ. 60

Importo a base d'asta

€ 3,200,00

LOTTO 35

Sistema di fissaggio tubo oro – naso - tracheale

Fissatore per tubi endo-tracheali orali con il sistema di bloccaggio e flangia di fissaggio imbottita per la prevenzione del decubito sul viso del paziente, codice colore.

Misure a richiesta per tubi dal 4.5 al 11 circa

PZ. 2.000

Importo a base d'asta

€ 18,000,00

LOTTO 36

Cannula orofaringea di GUEDEL

In PVC, punta aperta smussa e bordo arrotondato.

Monouso, in confezione singola.

Misure a richiesta

000 – lunghezza cm 3 circa

00 – lunghezza cm 3.5/4 circa

0 – lunghezza cm 5.5 circa

PZ. 300

Importo a base d'asta

€ 1,800,00

LOTTO 37

Cannula orofaringea di GUEDEL

Tubo orofaringeo cannula secondo GUEDEL, in PVC siliconato, morbido, trasparente, punta aperta smussa e bordo arrotondato, in conf. singola sterile

Misure : da 1 a 6 circa.

Pz.5.000

Importo a base d'asta

€ 29,000,00

LOTTO 38

Cannula naso-faringea

In lattice, punta atraumatica, flangia nasale.

Monouso in confezione singola.

Misure a richiesta da Ch20 a Ch36 circa

PZ. 50

Importo a base d'asta

€ 450,00

LOTTO 39

Cannule tracheo-stomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm, radio-opache, punta atraumatica, monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 4/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 200

Importo a base d'asta

€ 5,500,00

LOTTO 40

Cannule tracheo-stomiche

In PVC siliconato cuffiate, soffici con dispositivo di ancoraggio al collo, con raccordo per connessione al respiratore o ad un naso artificiale da 15 mm, radio-opache, punta atraumatica. A bassa pressione per tracheostomie a lungo termine, monouso, sterili in confezione singola.

Diam. interno mm 6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5 circa

PZ. 100

Importo a base d'asta

€ 2,250,00

LOTTO 41

Cannule tracheo-stomiche con controcannula

In PVC siliconato con attacco da 15 mm per circuito di ventilazione. Con cuffia a bassa pressione con piastrina orientabile per il collo, palloncino pilota con valvola, munite di mandrino per l'introduzione.

Misure disponibili a richiesta :

D.I. da mm. 5 a mm. 9 circa

D.E. da mm. 8.5 a mm. 13 circa

Lunghezza da mm. 65 a mm. 85 circa

PZ. 130

Importo a base d'asta

€ 6,000,00

LOTTO 42

Cannule tracheo-stomiche armate

In PVC siliconato con sistema per il mantenimento della pressione in cuffia con sonda che consente la fonazione del paziente con flangia regolabile.

Varie misure in confezione singola sterile.

PZ. 100

Importo a base d'asta

€ 5,000,00

LOTTO 43

Cannule tracheo-stomiche

In PVC siliconato rigido, opaco, con flangia mobile sull'asse trasversale, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo, cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10 circa a richiesta.

PZ. 60

Importo a base d'asta

€ 3,000,00

LOTTO 44

Cannule tracheo-stomiche

In PVC siliconato rigido, opaco. Con flangia mobile sia sull'asse trasversale che perpendicolare, per essere adattabili a qualsiasi tipo di collo, cuffiate, monouso sterili, in confezione singola.

Lunghezza cm 8 circa.

Diametri interni mm 6-8-10-12 circa a richiesta.

PZ. 60

Importo a base d'asta

€ 3,000,00

LOTTO 45

Cannule tracheo-stomiche

In silicone, cuffiate, armate con flangia regolabile ed introduttore e porta di accesso sopra la cuffia per rimuovere secrezioni che possano essere inalate

Misure:

6 id con lunghezza 11cm

7 id " " 12 cm

8 id “ “ 13 cm
9 id “ “ 14 cm

Pezzi 30

Importo a base d'asta

€ 2,000,00

LOTTO 46

Cannula tracheo-stomica neo-natale e pediatrica con cuffia ad aria in silicone 100% radio-opaca e bio-compatibile con integrato un connettore orientabile standard iso di 15mm, completa di fettuccia di fissaggio al collo, monouso sterile in confezione singola

Misure dal 2,5 al 5,5

Lunghezze da 34mm a 46 mm circa

Pezzi 30

Importo a base d'asta

€ 2,000,00

LOTTO 47

Cannule di Montgomery

In materiale plastico monouso, sterili in confezione singola. Misure varie a richiesta.

PZ. 10

Importo a base d'asta

€ 5,000,00

LOTTO 48

Sonde di Sengstaken Blakemore

Sonda per il tamponamento delle varici esofagee Sengstaken Blakemore, in silicone latex free, a doppio lume, valvole d'insufflazione del pallone gastrico ed esofageo con codici colori, dotata di linguetta per trazione con pesi, linea radio-opaca Tip To Tip, punta radio-opaca, lunghezza 115 cm. circa, misure 10 e 20 Fr circa.

PZ. 5 per misura

Importo a base d'asta

€ 3,000,00

LOTTO 49

Sistema per prelievo bronchiale protetto

Kit composto da due cateteri per effettuare prelievi bronchiali protetti.

Attraverso tubo endotracheale o cannula tracheo-stomica.

-Un catetere esterno in polietilene radio-opaco lungo 60 cm circa, diametro 2,7 mm circa, con raccordo prossimale Luer femmina in ABS. Il catetere è otturato in punta con tappo in polietilglicolato.

- Un catetere interno in polietilene lungo 65 cm circa, con raccordo prossimale Luer femmina in ABS.

Questi cateteri sono pre-montati, una ghiera in PVC impedisce al catetere interno di fuoriuscire e conseguentemente di espellere il tappo di polietilglicolato.

PZ. 20

Importo a base d'asta

€ 900,00

LOTTO 50

Cannula nasale in silicone latex free con tubo di prolunga per somministrazione di elevati flussi di ossigeno umidificato, dotata di cinghia di sostegno, connessione diretta con circuito di 22mm, connettore girevole 360°-

100 pz

Cannula per tracheo-stomizzati in silicone latex free, con tubo di prolunga per somministrazione di elevati flussi di ossigeno umidificato, dotata di cinghia di sostegno, connessione diretta con circuito di 22mm, connettore girevole 360°-

100 pz

Importo a base d'asta

€ 2,000,00

LOTTO 51

Sonde naso-gastriche per aspirazione/decompressione in PVC atossico e trasparente, punta appesantita con oliva metallica, linea radio-opaca, ad una via con marker di profondità a 45-65-75 cm, quattro fori laterali a punta chiusa, bordi smussi e atraumatici, estremità prossimale con cono grande e morbido senza tappo di chiusura, raccordabile al sistema di aspirazione, lunghezza circa 125cm, diametro Ch12-14-16-18-20, monouso sterile in confezione singola

Pz 3500

Importo a base d'asta

€ 14,000,00

LOTTO 52

Sonde nasogastro-duodenali per alimentazione

In PVC atossico e trasparente radio-opache ad una via con marker di profondità, raccordabili al sistema di nutrizione, almeno due fori laterali con bordi smussi e atraumatici, punta chiusa, radio-opaca inglobata nel tubo.

Muniti di tappo di chiusura, lunghezza da 40 a 150 cm circa, diametro da 5 a 14Ch.

Pz 8000

Importo a base d'asta

€ 6,500,00

LOTTO 53

Sonde naso-gastro-duodenali per alimentazione.

In poliuretano morbide, radio-opache ad una via con mandrino metallico e morbido, raccordabili al sistema di nutrizione, con o senza bolo, con marker di profondità. In punta devono avere 2-4 fori laterali con bordi smussi atraumatici, muniti di tappo di chiusura, monouso, sterili in confezione singola.

Lunghezza da cm50 a 150 circa, diametro da 6 a 14Ch circa.

Pz 2000

Importo a base d'asta

€ 18,000,00

LOTTO 54

Tubi endo-bronchiali con sperone in varietà sin e dx. In PVC a due lumi separati, con uncino carenale provvisti di raccordo girevole che consente di aspirare senza interrompere la ventilazione ed un raccordo ad Y.

Diametro da Ch35 a 41.

Pz 1000

Importo a base d'asta

€ 110,000,00

LOTTO 55

Kit per tracheotomia trans-laringea metodo FANTONI

Composto da tubo tracheale per mantenimento ventilazione, guida metallica flessibile, cannula tracheo-stomica armata, linea di gonfiaggio della cuffia con palloncino spia, flangia fissaggio cannula, tracheo-scopio rigido cuffiato, fettuccia, mandrino, manopola di estrazione, ago curvo, bisturi, catetere mount.

Misure disponibili dal 5,5 al 9,5 circa

Pz 300

Importo a base d'asta

€ 60,000,00

LOTTO 56

Tubo tracheale cuffiato con sistema di BRANDT

Tubo tracheale oro nasale in PVC completo di sistema di mantenimento in automatico della pressione della cuffia. Cuffia a bassa pressione ed alto volume residuo punta atraumatica tipo Magyll con occhio di Murphy linea radio-opaca longitudinale ,monouso sterili in confezione singola.

Misure da 5 a 9,5

Pz 3500

Importo a base d'asta

€ 16,000,00

LOTTO 57

Tubo tracheale cuffiato armato con sistema di BRANDT

Tubo tracheale oro nasale in PVC con spirale di rinforzo inglobata nella parete completo di sistema di mantenimento in automatico della pressione della cuffia. Cuffia a bassa pressione ed alto volume residuo punta atraumatica tipo Magyll con occhio di Murphy linea radio-opaca longitudinale, monouso sterili in confezione singola.

Misure da 5 a 9,5

Pz 3500

Importo a base d'asta

€ 70,000,00

%%%