



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662261

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA 08-12-19

PROT.
2019/ 3183

Spett.le Ditta _____

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di sistema completamente automatico in PCR REAL TIME da campione biologico per ricerca di diversi microorganismi

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire il sistemi indicato in oggetto per Microbiologia, di cui si allega descrizione.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio, presso altre Aziende Sanitarie e^o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Si precisa, che dovrà essere comunicato quanto richiesto, considerando due ipotesi alternative:
 - a) **Uso gratuito** delle strumentazioni. Dovrà essere indicato:
 - il prezzo dei kits, il loro confezionamento, ed altro materiale di consumo ove necessario;
 - b) **Nolegg** triennale e quinquennale delle strumentazioni nuove. Dovrà essere indicato:
 - ◆ il prezzo dell'attrezzatura;
 - ◆ il costo mensile, annuale e triennale del canone di nolegg della strumentazione;
 - ◆ il costo dell'assistenza tecnica, della manutenzione ordinaria e straordinaria, il costo di eventuali aggiornamenti o nuovi release di programmi;
 - ◆ il prezzo dei kits, il loro confezionamento, ed altro materiale di consumo ove necessario;

Si precisa, infine che la fornitura sarà regolata dal capitolato che sarà successivamente predisposto, non appena quest'Amministrazione avrà deciso quale tipologia di offerta accettare (cessione in uso gratuito o nolegg).

Nel caso che, al presente avviso dia riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale. Si fa inoltre, carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato di indicare sia il prezzo unitario che il prezzo complessivo dell'intera fornitura su base annua.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **22.10.2019** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o tramite e-mail : provveditorato@arnascivico.it; Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff UOC Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

FORNITURA DI SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO IN PCR REAL TIME DA CAMPIONE BIOLOGICO PER RICERCA DI DIVERSI MICROORGANISMI

Caratteristiche minime obbligatorie

Si richiede una piattaforma strumentale a moduli indipendenti, a test singolo, completamente automatizzata, che possa eseguire i test richiesti, con tecnologia PCR Real Time.

Si richiedono i seguenti test/anno

- 3000 test per carbapenemasi (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1)
- 1500 test per la ricerca di *Mycobacterium tuberculosis* e la sua resistenza alla rifampicina
- 500 test per la ricerca di *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*
- 50 test per la ricerca di *influenza A*, *influenza B* e *RSV*
- 20 test per la ricerca di *Enterovirus* da liquor
- 20 test per la ricerca di *Clostridium difficile*
- 20 test per MRSA *Staphylococcus aureus* da tampone nasale
- 20 test per MRSA per ferite e tessuto
- 20 test per identificazione intrapartum *Streptococco tipo B*.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire quanto occorre per l'esecuzione dei test (cartucce), adeguato PC per la lettura dei risultati, stampante e gruppo di continuità.

Il sistema deve essere interfacciato al LIS del Laboratorio con spese a carico dell'aggiudicatario.

Servizio di Assistenza Tecnica e Specialistica:

Deve essere presente l'assistenza tecnica in zona con interventi garantiti entro le 8 ore lavorative dalla chiamata nei giorni feriali.

Si richiede anche la disponibilità di almeno uno specialista scientifico competente di zona o di area. La ditta dovrà garantire la manutenzione straordinaria e quella ordinaria che non dovrà prevedere meno di due interventi l'anno