

SCHEDA TECNICA: Integrazione 4K video laparoscopio

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE IL TIPO DI DOCUMENTO, LA PAGINA ED IL RIGO IN CUI LA SPECIFICA TECNICA POSSA EVINCERSI
Caratteristiche:		
1.Modulo image 15 connect II impiego fino a 3 moduli risoluzione 3840x2160x1080 pixels, con integrato Storz-SCB e modulo processing image-aer TC201IT		
2. N. 1 Image 1S4U con modulo 1S Connect TC200 e Tc201IT, art TC304		
3. N. 1 testina 1chip 4K UHD Image 1S4U tecnologia S, scansione progressiva, sterilizzabile a plasma e gas, art TH120		
4. N. 1 fonte di luce Powerled 300-Karl Storz SCB integrato, art TL300		