

N. 1 APPARECCHIO PER CRIOTRATTAMENTO DA DESTINARE ALL'U.O. DI OCULISTICA  
SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Temperatura di lavoro tra - 30 e -60 gradi centigradi con controllo della temperatura e del tempo di applicazione		
2. Test di efficienza del circuito valvolare		
3. Utilizzo a bombole di Co2 o N2O		
4. N. 1 criosonda per retina		
5. N. 1 criosonda per glaucoma		
6. N. 1 criosonda per retinopatia diabetica		

**NB: la ditta dovrà altresì fornire elenco dettagliato:**

- 1. dei materiali di consumo eventualmente dedicati con l'indicazione dei costi unitari praticati sul territorio nazionale ad aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo anno.**
- 2. Elenco delle forniture dell'apparecchiature vendute sul territorio nazionale ad aziende sanitarie pubbliche o private nell'ultimo anno ed il relativo prezzo di vendita.**