

SCHEDA TECNICA

Sistema di fissaggio per cateteri ombelicali che dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- possibilità di apertura e chiusura del sistema di fissaggio ripetuta; * adesività con idrocolloide per salvaguardare l'integrità della cute del neonato e specialmente del prematuro; -
trasparenza, per ispezionabilità della cute; - misure diversificate a
seconda del peso del neonato. 1. Micro: per neonati di peso inferiore a 800 gr. Small: per
neonati da 800 a 1200 gr di peso, 3. Large: per neonati da 1200 a 2200 gr di peso. Quantità 200
per misura.

Sistema di Incisione del tallone dovrà essere sterile, la lama dovrà essere di tipo chirurgico (poiché provoca minori lesioni e cicatrizzazione più rapida), sistema a scatto (poiché indolore), lunghezza della lama adeguata all'età: prematuri verde; mis. 0,85x1,75 mm Prematuri colore arancio, mis. 1x2,5 mm neonati colore giallo, mis. 2,80x1,14 mm Neonati colore. Quantità 24.000