



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

U.O.C. PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662655

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico

WEB

www.arnascivico.it

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0000386
Data Prot. : 23-01-2020 15:34:06
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



Spett.le Ditta

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di “ sostanze tamponanti per la chirurgia vitreo-retinica” da utilizzare presso l'U.O. di Oftalmologia.

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire “sostanze tamponanti per la chirurgia vitreo-retinica” da utilizzare presso l'U.O. di Oftalmologia, meglio identificato nella scheda tecnica allegata alla presente.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione praticato nell'ultimo biennio , presso altre Aziende Sanitarie e^{lo}

Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale , considerando la medesima tipologia di contratto. Nel caso che, al presente avviso darà riscontro “un rivenditore autorizzato” sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico/scheda fabbisogno, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

“o equivalente”, e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche delle voci riportate nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 28.01.2020 e-mail : provveditorato@arnascivico.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662655 (D.ssa V. Miceli).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

IL DIRETTORE FF UOC PROVVEDITORATO

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Scheda tecnica/Capitolato Tecnico

set n. 150 Perfluorodecalina, non miscelata, pura non inferiore al 95%, endotampone da utilizzare durante la chirurgia vitreo-retinica. Citotossicità come da norma UNI EN ISO 10993:5 (H value ≤ 10 ppm), assenza di acido perfluorottanoico, presenza di endotossine con concentrazione non superiore a 0,5 UE/ml, indice di rifrazione 1,31, confezionato in flacone sterile da 7ml in busta sterile. Il prodotto dovrà indicare la destinazione d'uso

n.100 Kit Bomboletta in busta medica sterile di esafluoruro di Zolfo (SF₆) al 100% con grado di purezza > del 99% in bomboletta superiore a 70ml fornito con una siringa, un filtro millipore da 0,2 micron per gas dotato di connettore per l'innesto alla bomboletta, un ago 30 gauge per iniezione intravitreale, siringa dal almeno 50ml con luer lock braccialetto pz ed etichetta adesiva per la tracciabilità.

n.50 Kit Bomboletta in busta medica sterile di esafluoroetano (C₂F₆) al 100% con grado di purezza > del 99% in bomboletta superiore a 70ml fornito con una siringa, un filtro millipore da 0,2 micron per gas dotato di connettore per l'innesto alla bomboletta, un ago 30 gauge per iniezione intravitreale, siringa dal almeno 50ml con luer lock braccialetto pz ed etichetta adesiva per la tracciabilità.

N.100 Kit Bomboletta in busta medica sterile di perfluorpropano (C₃F₈) al 100% con grado di purezza > del 99% in bomboletta superiore a 70ml fornito con una siringa, un filtro millipore da 0,2 micron per gas dotato di connettore per l'innesto alla bomboletta, un ago 30 gauge per iniezione intravitreale, siringa dal almeno 50ml con luer lock braccialetto pz ed etichetta adesiva per la tracciabilità.



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

n. 150 Flacone da 10ml di Polidimetilsilicone al 100% con densità di circa 0,97 g/cm² a 25° C e viscosità a 25°C compreso tra 900 -1200 mPas confezione monouso sterile.

n. 50 Flacone da 10ml di Polidimetilsilicone al 100% con densità di circa 0,97 g/cm² a 25° C e viscosità a 25°C compreso tra 4800-5500 mPas confezione monouso sterile.

n. 60 fiale da 10 ml formato dalla combinazione di F6H8 (30,5%) ultrapurificato e polidim etilsilicone a 5000 cst (69,5%), densità circa 1,06g/cm² con viscosità di circa 1440 mPa.

Materiale indispensabile per la chirurgia vitreoretinica e la chirurgia relativa al trauma center.