



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Spett.le Ditta

Telefono

091 6662261

Fax _____

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@arnascivico.it

WEB

www.arnascivico.it

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura triennale di contenitori secondari per trasporto sangue ed emocomponenti

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire contenitori secondari per trasporto sangue ed emocomponenti, aventi le caratteristiche descritte nell'allegato.

La stazione appaltante intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto;
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) **il prezzo di mercato riferito all'unità di misura e non alla confezione, nonché i migliori prezzi di aggiudicazione praticati negli ultimi dodici mesi, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Si fa, pertanto carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato di indicare sia il prezzo unitario dei contenitori che il prezzo complessivo dell'intera fornitura, su base annua.**

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **06.02.2020** a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662672 e/o o *tramite e-mail* : provveditorato@arnascivico.it;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Scheda tecnica Contenitori secondari per trasporto sangue ed emocomponenti

Il Contenitore secondario deve essere conforme alla normativa vigente:

- circolare n.16 del 20.07.1994,
- circolare n. 3 del 08/05/2003;
- conforme alle istruzioni di Imballaggio P650 della ADR 2017 per il contenimento di liquidi biologici di Categoria B – potenzialmente infettivi –(UN 3373)
- conforme alla Guida alle attività di convalida dei centri trasfusionali emessa del CNS (Centro Nazionale Sangue) I Edizione: convalida processo di confezionamento e trasporto degli emocomponenti

e pertanto dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

Caratteristiche Tecniche:

- Certificato **dispositivo Medico appartenente alla Classe I** e conforme a quanto prescritto dalla direttiva 93/42/CEE e messo in commercio con marcatura CE, secondo quanto disposto dalla direttiva 93/42/CEE.
- Conforme alla ADR (istruzioni P650/UN3373) per contenimento di liquidi biologici potenzialmente infetti con idonei pittogrammi relativi al rischio biologico (BIOHAZARD)
- **Chiusura a tenuta stagna (ermetico) certificata da Ente Terzo per ciascun formato**
- Dotato di **chiusura facilitata** a tenuta ermetica antieffrazione senza l'utilizzo di altra apparecchiatura
- Dotato di sistema di **apertura facilitata con invito** senza utilizzo di taglienti (forbici, lame od altro)
- Monouso
- Materiale resistente agli strappi e alle sollecitazioni e impermeabile
- Trasparente per favorire il monitoraggio del contenuto
- Dotato di istruzione di utilizzo in lingua italiana stampata direttamente sul sacchetto
- Con busta portadocumenti
- Con codice a barre univoco per tutti i formati
- Latex free
- Materiale atto a favorire il trasferimento termico del contenitore terziario per garantire la corretta conservazione del materiale trasportato (**senza coibentazione o doppi strati**)
- Disponibile in diversi formati:



Civico Di Cristina Benfratelli

Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

- A5: misure 180x265 mm
- A4: misure 245x345 mm (per contenere almeno 2 unità di Emazie Concentrate)
- MEDIO: misure 300x400 mm (per il trasporto fino a 6 unità di Emazie Concentrate)
- MAXI: misure 460x480 mm (per contenere più di 6 unità di Emazie Concentrate)

I contenitori dovranno essere corredati di **materiale assorbente gelificante** con capacità uniforme e in grado di assorbire **almeno 500 ml di liquido** in conformità alle istruzioni di Imballaggio P650 della ADR per il contenimento di liquidi biologici di Categoria B – potenzialmente infettivi (UN 3373).

Fabbisogno annuo:

- N° 5.000 mm 245x345 Formato A4, per il trasferimento di 1-2 sacche di emocomponenti;
- N° 4.000 mm 300x400 Formato medio, per il trasferimento fino a 6 sacche di emocomponenti;
- N° 1.000 mm 460x480 Formato maxi, per il trasferimento fino a 6 sacche di emocomponenti
- N° 10.000 PAD assorbenti;