

n. 1 CENTRIFIUGA DA BANCO DA DESTINARE ALL'U.O.. DI MEDICINA TRASFUSIONALE

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Corpo macchina		
2. Rotori oscillanti: a. 4 adattatori per provette da 9 ml dotati ognuno di circa 7 posti; b. N. 4 adattatori per provette da 7 ml dotati ognuno di circa 9 posti		
3. Ventilata		
4. Refrigerata		
5. Memorizzazione ed accesso rapido ai programmi di utilizzo più frequente		
6. Programmazione accessibile per regolare con facilità la velocità, la durata e la temperatura		
7. Istruzioni in lingua italiana sulla programmazione, esecuzione e i messaggi di allarme servizio		
8. Pannello comandi utilizzabile anche con i guasti resistente ai detergenti		
9. Controllo della temperatura tra 4 °C e +40 °C		
10. Tempo programmabile da 0 ad almeno 60 minuti		
11. Accel/decel. Selezionabili tra vari profili di accelerazione e di decelerazione con memorizzazione dei diversi programmi		
12. Velocità massima: almeno 4.500 rpm		

INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 12 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

