

**n. 2 SCALDA FLUIDI DA DESTINARE AL BLOCCO OPERATORIO ONCOLOGICO**

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. N.1 dispositivo termoregolato carrellato ad acqua per il riscaldamento di soluzioni per infusioni calde e per soluzioni irriganti per campo operatorio		
2. Temperatura massima di funzionamento 98°		
3. In acciaio inossidabile (AISI 304)		
4. N. 1 vasca con coperchio portata massima 16 flaconi da 0,5l		
5. N. 2 maniglie direzionali		
6. N. 4 ruote conduttive gemellate diametro 75 mm		
7. Paracolpi perimetrali		
8. Dimensioni di ingombro 525x 440x960 cm circa		

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. N.1 dispositivo termoregolato carrellato ad acqua per il riscaldamento di soluzioni per infusioni calde e per soluzioni irriganti per campo operatorio		
2. Temperatura massima di funzionamento 98°		
3. In acciaio inossidabile (AISI 304)		
4. N. 1 vasca con coperchio portata massima 32 flaconi da 0,5l		
5. N. 2 maniglie direzionali		
6. N. 4 ruote conduttive gemellate diametro 75 mm		
7. Paracolpi perimetrali		
8. Dimensioni di ingombro 895x 490x960 cm circa		

