

**n. 1 CENTRIFIUGA DA PAVIMENTO PER 12 SACCHE DA DESTINARE ALL'U.O.. DI MEDICINA TRASFUSIONALE**

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASSELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Centrifuga da pavimento di ultima generazione e tecnologia		
2. Dimensioni: cm 90x90x80 (HxLxP) circa		
3. Capacità di almeno 12 sacche di sangue (ex1000 ml oppure 12 sacche di sangue quadruple con filtro in linea)		
4. Velocità massima: almeno 4.800 rpm (risoluzione 10rpm)		
5. Gravità massima: almeno 6000 xg		
6. Controllo con microprocessore		
7. Almeno 10 file di memoria		
8. Programma per il raffreddamento del motore e della camera		
9. Temperatura selezionabile da 0 °C a + 40 °C		
10. Tempo impostabile da 1 a 99 minuti e posizione hold		
11. Motore ad induzione senza spazzole ad alta forza torcente senza ciglia		
12. Garanzia due anni full risk (comprensiva di tutte le manutenzioni e dei prezzi di ricambio)		
13. Uso dei rotori oscillanti		
14. Completa di n. 6 x2 cestelli interni in plastica con setto separatore		
15. Configurazione elettrica di alimentazione a 220 Volts monofase		
16. Dotazione di ruote bloccabili per un facile spostamento		
17. Sistema di controllo per lo sbilanciamento del rotore		
18. Sistema di bloccaggio del coperchio con rotore in movimento con dispositivo di apertura manuale in caso di mancanza di energia elettrica		
19. Comprensiva di cestelli e bicket		
20. Programmazione da parte dell'utente con memorizzazione del programma, dei tempi e forze di accelerazione e decelerazione		
21. Numero minimo di rampe di accelerazione: 9		

22. Numero minimo di rampe frenata: 9		
23. Numero minimo programmi personalizzabili: non inferiore a 6		
24. Allarmi per sbilanciamento rotore, coperchio aperto, errore eprom, velocità e/o temperatura non conforme		
25. Funzioni avanzate di tracciabilità dei dadi con possibilità di interfacciamento con host computer		
26. Marcatura CE		
27. Manuale d'uso in italiano		
28. Manuale di service completo di schemi elettrici e lista parti di ricambio		
29. Saranno a carico della ditta aggiudicataria: a. Messa a fuoco dei protocolli di lavorazione di tutte le fasi del processo produttivo degli emocomponenti b. Formazione in loco del personale addetto alla raccolta e alla lavorazione delle sacche		

**INDICARE IL COSTO DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 12 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO**

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO

**INDICARE IL PREZZO DI VENDITA ESCLUSA IVA DEGLI ULTIMI DUE ANNI SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO PER FORNITURE DI TUTTI GLI EVENTUALI MATERIALI DI CONSUMO/KIT NECESSARI**

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO