

n. 4 LAMPADE PER FOTOTERAPIA DA DESTINARE ALL'U.O. NEONATOLOGIA CON UTIN

SCHEMA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Lampada per fototerapia a led blu in grado di garantire una potenza radiometrica irradiata > 50 mw/cm ² /nm cm di distanza		
2. Led bianchi per la visualizzazione del neonato		
3. Montata su stativo regolabile in altezza (almeno da 140 cm a 180 cm circa)		
4. Fascio di luce terapeutica compresa fra 425 e 490 in un cono direttivo senza procurare disagio ad altri pazienti posti nelle vicinanze della lampada ed al personale di reparto		
5. Quadro comandi in grado di controllare le funzioni di fototerapia illuminazione e riscaldamento, manuale o automatica con servo controllo della temperatura paziente tramite sonda cutanea o funzione equivalente		
6. Quadro comandi per la visualizzazione dei parametri: <ul style="list-style-type: none"> a. Tempo impostato per il ciclo di terapia corrente b. Tempo totale di terapia c. Vita lampada 		
7. Funzionamento in regola con le normative di riferimento		

INDICARE I MIGLIORI COSTI DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 7 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA	PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA	ANNO