

n. 6 BILANCE PER NEONATI DA DESTINARE ALL'U.O. NEONATOLOGIA CON UTIN

SCHEMA TECNICA

| ELEMENTO TECNICO RICHIESTO | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO | EVENTUALI NOTE |
|--|---|----------------|
| 1. Dimensioni non superiori a 55cm x 34 cm x 8 cm | | |
| 2. Munita di piatto pesa neonato con sponde alte al fine di evitare la caduta accidentale del neonato dal piatto | | |
| 3. Sistema di registrazione digitale con pesatura minima di 5 gr | | |
| 4. Munita di display luminoso ampio che permetta una facile visualizzazione del peso | | |
| 5. Munita di sistema di registrazione dell'ultimo peso misurato | | |
| 6. Alimentazione con batterie ricaricabili | | |
| 7. Conforme a tutte le normative nazionali ed europee in tema di sicurezza elettromedicale | | |

INDICARE I MIGLIORI COSTI DI VENDITA ESCLUSA IVA PER FORNITURE DI PARI OGGETTO INTREVENUTE NEGLI ULTIMI DUE ANNI DAL PUNTO 1 AL PUNTO 7 SUL TERRITORIO NAZIONALE E COMUNITARIO

| DENOMINAZIONE AZIENDA PUBBLICA O PRIVATA | PREZZO DI VENDITA AL NETTO DELL'IVA | ANNO |
|--|-------------------------------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |