

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0002071
Data Prot. : 24-02-2020 12:50:17
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



AREA PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Spett.le Ditta

Telefono
091 6662261

Fax _____

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

**OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di sistemi di laboratorio per:
FORNITURA DI SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO IN PCR REAL TIME DA
CAMPIONE BIOLOGICO PER RICERCA DI DIVERSI MICROORGANISMI**

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i seguenti sistemi di laboratorio indicati in oggetto:

Si allega descrizione dei service richiesti.

A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta e se prodotti richiesti siano presenti sul Mepa ed il relativo metaprodotto;
- 2) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche corrispondenti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 3) **il prezzo di mercato riferito all'unità di misura e non alla confezione, nonché i migliori prezzi di aggiudicazione praticati negli ultimi dodici mesi, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Si fa, pertanto carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato di indicare sia il prezzo unitario dei singoli test che il prezzo complessivo dell'intera fornitura, su base annua.**

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.**

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita,



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche ed ai prezzi di mercato da indicare per ciascun prodotto deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche dei lotti riportati nel capitolato ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.


Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **13.03.2020** tramite e-mail: provveditorato@arnascivico.it:

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

FORNITURA DI SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO IN PCR REAL TIME DA CAMPIONE BIOLOGICO PER RICERCA DI DIVERSI MICROORGANISMI

Caratteristiche minime obbligatorie

Si richiede una piattaforma strumentale a moduli indipendenti, a test singolo, completamente automatizzata, che possa eseguire i test richiesti, con tecnologia PCR Real Time.

Si richiedono i seguenti test/anno

- 6000 test per carbapenemasi (KPC, NDM, VIM, OXA-48, IMP-1)
- 1500 test per la ricerca di *Mycobacterium tuberculosis* e la sua resistenza alla rifampicina
- 500 test per la ricerca di *Chlamydia trachomatis* e *Neisseria gonorrhoeae*
- 50 test per la ricerca di *influenza A*, *influenza B* e *RSV*
- 20 test per la ricerca di *Enterovirus* da liquor
- 20 test per la ricerca di *Clostridium difficile*
- 20 test per MRSA *Staphylococcus aureus* da tampone nasale
- 20 test per MRSA per ferite e tessuto
- 20 test per identificazione intrapartum *Streptococco tipo B*.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire quanto occorre per l'esecuzione dei test (cartucce), adeguato PC per la lettura dei risultati, stampante e gruppo di continuità.