

## **SCHEMA TECNICA**

**Aghi penna per insulina con dispositivo di sicurezza:**

**Tali dispositivi, oltre ai requisiti di sicurezza standard dovranno avere :**

- 1) doppio meccanismo di protezione (lato paziente, lato cartuccia)**
- 2) lunghezza inferiore di 6 mm, per prevenire erroneamente iniezioni intramuscoli con conseguente irregolare assorbimento dell'insulina,**
- 3) compatibilità certificata con tutte le penne attualmente in commercio.**

**Fabbisogno annuale 24.000**