

n. 1 MICROSCOPIO OTTICO DA DESTINARE ALL'U.O. DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

SCHEDA TECNICA

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE DICHIARARE DI POSSEDERE O MENO LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA CON SI O NO	EVENTUALI NOTE
1. Microscopio da laboratorio per campo chiaro		
2. Condensatore per campo chiaro utilizzabile con tutti gli obiettivi senza slitte o componenti aggiuntivi		
3. Messa a fuoco con macro/micrometrica bilaterale motorizzata con accuratezza di almeno 25 nm		
4. Tubo binoculare con angolo di osservazione e/o altezza variabile		
5. Revolver portaobiettivi almeno 7 posti		
6. Obiettivo panoramico 5x planacromatico		
7. Obiettivo planapo 10x, 20x, 40x, 100x		
8. Coppia di oculari da 10x dotata di conchiglie di gomma rimovibile, campo almeno 23 mm con regolazione diottrica		
9. Oculare micrometrico e vetrino		
10. Sistema illuminazione a Led		
11. Stativo ad alta ergonomia e stabilità		
12. Predisposizione per collocazione di camera digitale esterna		
13. Monitor impostazioni dotato di pannello touch screen		
14. Memorizzazione intensità luminosa per ciascun obiettivo		