

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0003398
Data Prot. : 17-03-2020 15:46:34
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



AREA PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662261

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA _____

PROT. _____

Spett.le Ditta _____

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di materiale monouso per chirurgia oftalmica


Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici in grado di fornire i materiali di cui all'allegato elenco.

La stazione appaltante intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche corrispondenti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato riferito all'unità di misura e non alla confezione, nonché i migliori prezzi di aggiudicazione praticati negli ultimi dodici mesi, presso altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e private del territorio nazionale, considerando la medesima tipologia di contratto. Si fa, pertanto carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato di indicare sia il prezzo unitario dei singoli test che il prezzo complessivo dell'intera fornitura, su base annua.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, a tal proposito si raccomanda che non occorre inviare schede tecniche.

Nel caso che, la descrizione delle caratteristiche tecniche, dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il **03.04.2020** *tramite e-mail* :
provveditorato@arnascivico.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore ff UOC Provveditorato

Ing. Vincenzo Spera



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Fornitura di materiale monouso per chirurgia oftalmica da:

	suture per microchirurgia oftalmica	
lot b 1	Nylon nero-calibro 10/0 lunghezza filo ≥ 25 cm – lunghezza ago $\geq 6,0$ mm spessore ago $\geq 0,15$ – forma ago spatola – cerchio 3/8 - armatura doppia	360
Lot b 2	Nylon nero monofilamento calibre 10/0 lunghezza ago $\geq 6,0$ mm – lunghezza filo ≤ 30 cm(12”) – ago cilindrico diametro $\geq 0,15$ mm – armatura doppia. Sutura per trabeculectomia	72
Lot b 3	Sutura Sintetica Assorbibile Intrecciata e Rivestita o non Rivestita a medio assorbimento intreccio in copolimero di acido glicolico+ acido lattico calibre 9/0 lunghezza filo ≥ 30 cm, lunghezza ago da $\geq 6,0$ spessore ago $\geq 0,2$, forma ago spatola cerchio 3/8 armatura doppia	48
Lot b 4	Sutura Sintetica Assorbibile Intrecciata e Rivestita o non Rivestita a medio assorbimento intreccio in copolimero di acido glicolico+ acido lattico calibre 8/0 lunghezza filo ≥ 30 cm, lunghezza ago da $\geq 6,0$ spessore ago $\geq 0,2$, forma ago spatola cerchio 3/8 armatura doppia	120
Lot b 5	Sutura Sintetica Assorbibile Intrecciata e Rivestita o non Rivestita a medio assorbimento intreccio in copolimero di acido glicolico+ acido lattico calibre 7/0 lunghezza filo ≥ 30 cm, lunghezza ago $\geq 6,0$ mm, spessore ago $\geq 0,2$, forma ago spatola, cerchio 3/8 armatura doppia	120
Lot b 6	Sutura Sintetica Assorbibile Intrecciata e Rivestita o non Rivestita a medio assorbimento intreccio in copolimero di acido glicolico+ acido lattico calibre 6/0, lunghezza filo ≥ 30 cm, lunghezza ago $\geq 6,0$ mm, spessore ago $\geq 0,2$, forma ago spatola-cerchio 3/8 o 1/4, armatura doppia	72
Lot b 7	Polipropilene calibre 10/0 lunghezza filo almeno 20cm lunghezza ago 16mm, spessore ago 0,15, forma ago spatola curva-ret b, armatura doppia	36
Lot b 8	Polipropilene calibre 10/0, lunghezza filo almeno 20cm Loop, lunghezza ago 14mm, forma ago spatola-cerchio 1/4, armatura singola	36
Lot b 9	Seta nera calibre 5/0 lunghezza filo 45 cm. Ago 11 mm. cerchio 3/8	48
Lot b 10	Seta nera calibre 6/0 lunghezza filo 45 cm. Ago 11 mm. cerchio 3/8	48
Lot b 11	Seta vergine blu, calibre 8/0 lunghezza filo 30/45 cm. ago spatolato cerchio 3/8 armatura doppia	24
Lot b 12	Poliestere intrecciato calibre 5/0, lunghezza di filo >30 cm, lunghezza ago 9/12mm, forma ago cilindrico, 1/4 di cerchio, armatura doppia	120



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilevo Nazionale ad Alta Specializzazione

materiale mono uso per trapianto di cornea		
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 7,00 mm	3
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 7,25 mm	3
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 7,50 mm	5
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 7,75 mm	5
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 8,00 mm	7
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 8,25 mm	7
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 8,50 mm	7
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 8,75 mm	5
Lotto 13	Trapano corneale monouso con possibilità di preimpostare la profondità di taglio diametro 9,00 mm	3
Lotto 14	Lame per Punch corneale di Hanna diametro 7,25 mm	5
Lotto 14	Lame per Punch corneale di Hanna diametro 7,50 mm	8
Lotto 14	Lame per Punch corneale di Hanna diametro 7,75 mm	8
Lotto 14	Lame per Punch corneale di Hanna diametro 8,00 mm	12
Lotto 14	Lame per Punch corneale di Hanna diametro 8,25 mm	12
Lotto 14	Lame per trapano corneale di Hanna diametro 8,50 mm	12
Lotto 14	Lame per trapano corneale di Hanna diametro 8,75 mm	8
Lotto 14	Lame per trapano corneale di Hanna diametro 9,00 mm	4

materiale in silicone per distacco di retina ab esterno		
Lotto 15	cuneo asimmetrico in silicone sterile monouso sterile da 14 mm.	40
Lotto 15	cuneo asimmetrico in silicone sterile monouso sterile da 16 mm.	60
Lotto 15	banda per cerchiaggio in silicone monouso sterile da 2/2,5 mm completa di manicotto	100
Lotto 15	spugna di silicone monouso sterile per piombaggio episclerare ovale da 3 mm. Per 5 mm.	12
Lotto 15	spugna di silicone monouso sterile per piombaggio episclerare ovale da 5,5 mm. Per 7, 5 mm.	12
Lotto 15	spugna di silicone monouso sterile per piombaggio episclerare ovale da 3,5 mm. Per 7 mm.	12
Lotto 15	binario di silicone monouso sterile da 6 mm.	24
Lotto 15	binario di silicone monouso sterile da 7 mm.	24