



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Numero di gara Simog- Anac _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta per la fornitura triennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni di cateteri e protesi per emodialisi e dialisi peritoneale, occorrenti alle UU.OO dell'Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli.

Per comunicazioni contattare ai seguenti n. (+39) 091 6662680-6662261 fax (+39) 091 6662672

Direzione Provveditorato

e-mail : provveditorato@arnascivico.it;

pec: ape.ospedale.civico.pa@pec.it

sito internet www.arnascivico.it .

INDICE

ART.	OGGETTO
1	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
2	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
4	CONFEZIONAMENTO E STERILIZZAZIONE
5	SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI
6	ESECUZIONE DELLE FORNITURE – CONSEGNE- PENALI
7	ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE
8	PREZZI
9	RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ
10	MODALITA' DI FATTURAZIONE
11	FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA
12	SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE
13	CAUZIONE
14	STIPULA DEL CONTRATTO
15	VARIAZIONI DI TITOLARITA'
16	OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
17	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
18	FORO COMPETENTE
19	SUBAPPALTO
20	TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO
21	RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE
22	AVVISI DI RETTIFICA

**ARTICOLO 1
OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto, articolato in venti lotti, ha per oggetto la fornitura triennale, in somministrazione, **di cateteri e protesi per emodialisi e dialisi peritoneale**, occorrenti alle UU.OO. dell'Arnas Civico Di Cristina e Benfratelli.

La durata del rapporto contrattuale, e, quindi, delle forniture, è di trentasei mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi e con una eventuale proroga tecnica di sei mesi nelle more della dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni .

I quantitativi, indicati nell'allegata scheda tecnica, sono riferiti ad un presunto consumo annuo.

Il rapporto contrattuale decorrerà dalla stipula del contratto.

Le caratteristiche tecniche dei materiali oggetto della fornitura e gli importi a base asta di ciascuna voce, sono compiutamente indicati nelle scheda fabbisogno allegata al presente capitolato per costituirne parte integrante.

La descrizione delle caratteristiche tecniche, se dovesse, casualmente, individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi dell'art. 170 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione tecnica dettagliata da allegare alla documentazione tecnica di gara e che la stessa sia stata ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico.

Le quantità previste nel presente capitolato sono puramente indicative; i consumi ad esse correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell'Azienda, essendo l'attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria, disposte dallo Stato o dalla Regione Sicilia.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1560 c.c., la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti dalla gara, solo ed esclusivamente le quantità o i tipi di prodotti che saranno effettivamente richiesti, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da quelle indicate

Vale, inoltre, quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016; in particolare, con riferimento al comma 1 lettera a), si intende che tutte le clausole inserite nel presente capitolato consentono, in modo inequivocabile, di procedere a modifiche contrattuali, per far fronte ad eventuali ulteriori necessità, fino al 50% del valore triennale di ogni lotto, ai sensi dell'art.106 C.11, (fabbisogno plus).

Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'impegno al mantenimento delle quotazioni.

In caso di RTI, si avverte che, in sede di aggiudicazione, tutti i rapporti saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest'ultima ed i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 17; Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile, pertanto si intende disdetto alla naturale scadenza.

ARTICOLO 2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Sarà aggiudicata con le modalità previste dall'art.95, co.4, del D.Lgs.n.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo.

Pertanto risulterà aggiudicatario della gara il Concorrente la cui offerta avrà offerto il prezzo più basso, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte eventualmente risultate anormalmente basse, individuate ai sensi dell'articolo 97, commi 3 e 6, ultima parte, D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95 comma 12, si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, senza che le ditte in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi, spese o altro.

ARTICOLO 3 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta aggiudicataria deve eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna della fornitura entro e non oltre il termine di 10 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Le consegne dovranno essere effettuate presso il Servizio di Farmacia :

- P.O. "Civico e Benfratelli" - Palermo;
- P.O. "G. Di Cristina" -- Palermo.

Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall'Amministrazione. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all'Area Provveditorato ed Ecomato dell'Azienda Ospedaliera, entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.

Per i dispositivi per i quali esista una monografia nella Farmacopea Ufficiale vigente, i requisiti devono essere ovviamente conformi a quelli previsti dalla Farmacopea medesima.

Tutte le etichette devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Le iscrizioni indicanti la data di preparazione, di sterilizzazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi sterili, la data di preparazione ed il numero di lotto per quanto riguarda i dispositivi non sterili devono sempre apparire immediatamente decifrabili.

I Dispositivi medici dovranno essere realizzati in conformità a quanto previsto dalla direttiva 93/42CE, recepita con D.L. 46/97, dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9000 e successivi aggiornamenti.

L'impresa aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell'Azienda e' tenuta all'osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.

L'impresa e' altresì tenuta all'osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.

Ogni ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad effettuare adeguata formazione ed informazione per l'uso dei prodotti aggiudicati, senza ulteriori oneri di spesa, e dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l'adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione all'Azienda Ospedaliera .

ARTICOLO 4

CONFEZIONAMENTO E STERILIZZAZIONE

Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.

E' necessario inoltre un doppio confezionamento nel caso in cui il prelevamento del prodotto sterile non possa essere effettuato nel pieno rispetto dell'asetticità.

I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.

Ogni confezione deve riportare su almeno due lati, in modo leggibile, stampato in maniera indelebile ed in italiano quanto previsto dalle vigenti normative (Direttiva CE 93/42 – D.L.vo 46/97 e successivi aggiornamenti) .

In particolare devono essere riportati :

- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore
- Descrizione del prodotto in lingua italiana

- Marcatura di conformità CE
- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti
- Dicitura monouso e/o sterile
- Eventuali istruzioni d'uso e classe di appartenenza
- Numero identificativo del lotto e data di produzione
- Data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Codice del prodotto
- Informazioni necessarie alla corretta conservazione

Il tipo di sterilizzazione utilizzato dovrà essere indicato sugli imballaggi primari del prodotto e dichiarato nella documentazione tecnica tale metodica deve essere conforme alle norme previste dalla F.U. Vigente ed alle direttive CEE 93/42.

Qualora il prodotto fosse risterilizzabile dovrà essere fornita documentazione specifica che indichi il **protocollo di sterilizzazione utilizzato ed i cicli di sterilizzazione sopportabili dal DM.**

ARTICOLO 5 SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Qualora i prodotti forniti siano divenuti obsoleti o siano in via di sostituzione sul mercato, da parte dell'aggiudicatario, in corso di fornitura, o qualora esso ponga in commercio prodotti nuovi e/o con misure diverse o range diversi, ma analoghi a quelli aggiudicati (in affiancamento) , ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, questa A.O. può richiedere all'aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l'oggetto della originaria prestazione, fermo restando il prezzo pattuito. Le migliori prestazioni dei prodotti saranno valutate dai sanitari utilizzatori con propria relazione e, verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati ovvero in affinamento, senza ulteriori aggravii di costo.

In caso di prodotti immagazzinati e prossimi alla scadenza, non utilizzati, la Direzione di Farmacia può contrattare con la Ditta aggiudicataria il loro ritiro e sostituzione con nuovi prodotti.

L'impresa aggiudicataria deve garantire, assumendosi le correlative responsabilità, che la fornitura è del tutto conforme alle disposizioni di legge vigenti in campo nazionale e comunitario in materie di produzione, importazione, commercio, vendita e trasporto.

Le caratteristiche qualitative dei prodotti devono corrispondere ai requisiti prescritti dalle leggi e regolamenti in materia sia in campo nazionale che comunitario nonché ad ogni altra disposizione in materia o che entrerà in vigore nel periodo di validità del contratto.

L'autorizzazione alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale.

ARTICOLO 6 ESECUZIONE DELLE FORNITURE-CONSEGNE E PENALI

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate, entro 10 giorni dalla ricezione dell'ordine , presso il magazzino di Farmacia indicato nel relativo ordinativo di fornitura, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Nei casi di emergenza la ditta dovrà procedere alla consegna entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine.

In caso di ritardo nella consegna nei termini sopra indicati verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a €. 516,45 0,50%;
- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €. 5.164,56 1%,
- per ordini superiori a €. 5.164,56 2%

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'ARNAS nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e/o dal Direttore dell'UOC Provveditorato e a mezzo di relazione successiva, si riservano di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Il DDT della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;

c) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L' assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce ,senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

La verifica delle merce consegnata verrà effettuata dai Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere interessate.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità' delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Servizio di Farmacia dell'Arnas.

ARTICOLO 7

ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli del disciplinare di gara , sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

- trasporto ed imballaggio;
- facchinaggio.

ARTICOLO 8

PREZZI

Le condizioni economiche rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

ARTICOLO 9

RISARCIMENTO DANNI ED ESONERO DA RESPONSABILITÀ

L'ARNAS è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tal riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda ospedaliera che fin d'ora di intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nel merito le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D. L.gsl. N. 626/94 e sue modificazioni che si intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture dovranno essere emesse a consegna effettuata ed a saldo di ciascun ordinativo. Nelle stesse dovranno essere riportati: i codici, i quantitativi, i prezzi unitari dei singoli prodotti di consumo utilizzati, il CIG relativo, con indicazione dei relativi documenti di accompagnamento.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

ARTICOLO 11

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'appalto è finanziato con i fondi tratti dagli appositi conti iscritti nel bilancio di competenza delle singole Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere aggregate.

Al pagamento relativo alle forniture si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dall'ARNAS.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato "tassativamente" il codice ufficio (per l'Arnas BFNEOH); il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine); il numero ordinativo d'acquisto, gli estremi del DDT.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero di Cig dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Si precisa, inoltre, che in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 12

SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

L'IVA verrà assolta a mente delle vigenti disposizione di legge.

ARTICOLO 13

CAUZIONE

La cauzione definitiva, resa ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/16, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ARTICOLO 14

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto verrà effettuata solo all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti (solo tramite AVCPASS con accesso alla banca dati dell'ANAC o MIT) e nel rispetto del termine dilatorio fissato dall'art.32 comma 9 del d.lgs.50/16 e smi.

ARTICOLO 15

VARIAZIONI DI TITOLARITA'

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonei alla produzione del bene oggetto della fornitura, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 1256 del codice civile.

Pertanto, qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare dell'eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unicamente all'indicazione della ditta, subentrata al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto ed alla dichiarazione della casa madre attestante il cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato, nonché dei prezzi già praticati.

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto, previa verifica dei requisiti e versamento della cauzione definitiva.

L'indisponibilità a praticare le sopracitate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria di merito.

La ditta aggiudicataria potrà tuttavia, se in grado, offrire prodotto omologo al medesimo costo, se non inferiore, che, se ritenuto tecnicamente conforme dell'organo tecnico, potrà consentirle il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

ARTICOLO 16

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le procedure di seguito riportate, relative all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria,

ma devono integrarsi con esse per garantire un'adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere aggregate.

Le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere aggregate hanno effettuato la valutazione delle possibili interferenze e hanno concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell'arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile, sia mera fornitura, **non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.**

ARTICOLO 17

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La ditta è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

Le Aziende Sanitarie e/o si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per persistenti ritardi nelle consegne;
- per accertata scadente qualità dei prodotti e/o per difformità nei confezionamenti,
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento nei confronti della ditta aggiudicataria;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno due volte, un ritardo nella consegna dei beni oggetto della fornitura, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- nell'ipotesi in cui si rilevi un ritardo nella consegna superiore a sette giorni, ovvero interruzione della produzione del materiale aggiudicato, con affidamento a terzi della fornitura in danno dell'Impresa aggiudicataria.

Le Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere aggregate si riservano la facoltà di recedere dal contratto, con semplice preavviso di trenta giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- in qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- qualora si addivenga nell'ambito della Regione Siciliana, ad una gara di Bacino e/o Centralizzata da cui risulti che i costi siano più vantaggiosi.

A tal proposito, durante il periodo di validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'ARNAS le variazioni intervenute nel proprio assetto societario (fusione e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione) trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle Imprese, con la dicitura antimafia, entro trenta giorni dalla data delle variazioni.

Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ARTICOLO 18

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto che consegue all'aggiudicazione di gara, è devoluto alla giurisdizione del Foro di Palermo .

Il foro esclusivo, così pattuito dalle parti, è opponibile dalle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere al creditore cessionario. Rimane ferma pertanto la competenza del foro di Palermo nelle ipotesi in cui il credito derivante dal presente rapporto obbligatorio venga ceduto a terzi nelle forme di legge.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ARTICOLO 19

SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall'art. 105 del d.lgs. 50/16.

Si richiamano le norme del c.c. per quanto attiene le fusioni, le incorporazioni o successioni.

ARTICOLO 20

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO D'ACCESSO

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90 ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all'Area Amministrativa – Provveditorato.

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,13 per ogni facciata di formato A4

ARTICOLO 21

RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ARTICOLO 22

AVVISI DI RETTIFICA

Nel caso in cui nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara sulla GUCE e la data fissata per la presentazione delle offerte, si rendesse necessario comunicare eventuali variazioni, modifiche, rettifiche o integrazioni al presente capitolato e/o ai relativi allegati, il relativo avviso verrà pubblicato esclusivamente sulla GUCE.

L'avvenuta pubblicazione dell'avviso di rettifica sulla GUCE, prima della scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificata a tutte le ditte concorrenti la variazione prevista senza alcuna necessità di procedere alla riapertura dei termini di gara. Copia integrale dell'avviso di rettifica verrà pubblicato sulla pagina bandi di gara del sito www.arnascivico.it.

Palermo li, _____

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Colletti

PER ESPRESSA ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO, ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c.
Data timbro e firma

REGIONE SICILIANA
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO E
BENFRATELLI, G. DI CRISTINA E M. ASCOLI
PALERMO

Lotto 1 CPV 33141200-2 – CIG _____

Kit catetere per emodialisi temporaneo in silicone a doppio lume. Il kit è composto da:
C.V.C. doppio lume, alette, estensione dotate di clamp, tappi, filoguida, ago introduttore, dilatatore. Kit C.V.C. a doppio lume, **dritto** per la vena giugulare interna destra con le seguenti caratteristiche:

- dimensione catetere 11,5Fr **15cm** +/-2cm;
- punta morbida e radiopaca,
- alette per fissaggio alla cute,
- filo guida a J in acciaio inox 70cm +/-20cm
- Ago introduttore 18 gauge x 7cm +/-1cm,
- dilatatore 12 Fr.

Fabbisogno annuale: 200

Importo annuale a base d'asta € 13.640,00

Lotto 2 CPV 33141200-2 – CIG _____

Kit catetere per emodialisi temporaneo in silicone a doppio lume. Il kit è composto da:
C.V.C. doppio lume, alette, estensione dotate di clamp, tappi, filoguida, ago introduttore, dilatatore
Kit C.V.C. a doppio lume, **dritto** per la vena giugulare interna sinistra con le seguenti caratteristiche:

- dimensione catetere 11,5Fr **20 cm** +/-2cm;
- punta morbida e radiopaca,
- alette per fissaggio alla cute,
- filo guida a J in acciaio inox 70cm +/-20cm
- Ago introduttore 18 gauge x 7cm +/-1cm,
- dilatatore 12 Fr.

Fabbisogno annuale : 50

Importo annuale a base d'asta € 3.410,00

Lotto 3 CPV 33141200-2– CIG _____

Kit catetere per emodialisi temporaneo in silicone a doppio lume. Il kit è composto da: C.V.C. doppio lume, alette, estensione dotate di clamp, tappi, filoguida, ago introduttore, dilatatore
Kit C.V.C. a doppio lume, coassiale o a doppia D, **dritto** per la vena femorale con le seguenti caratteristiche:

- a) dimensione catetere 11,5Fr **24cm** +/-3cm;
- b) punta morbida e radiopaca,
- c) alette per fissaggio alla cute,
- d) filo guida a J in acciaio inox 70cm +/-5cm
- e) Ago introduttore 18 gauge x 7cm +/-1cm,
- f) dilatatore 12 Fr.

Fabbisogno annuale : 400

Importo annuale a base d'asta € 27.720,00

Lotto 4 CPV 33141200-2– CIG _____

Kit catetere per emodialisi temporaneo **dritto** doppio lume in poliuretano per alto volume di infusione . per la vena femorale con le seguenti caratteristiche:

- g) dimensione catetere 12 Fr **25 cm**
- h) punta morbida e radiopaco,
- i) alette per fissaggio alla cute,
- j) filo guida a J in acciaio
- k) Ago introduttore 18 gauge
- l) dilatatore

Fabbisogno annuale : 100

Importo annuale a base d'asta € 4.400,00

Lotto 5 - CPV 33141200-2 – CIG _____

Kit catetere per emodialisi temporaneo per utilizzo pediatrico in silicone o poliuretano termosensibile a doppio lume coassiale o a doppia D, dritto per la vena giugulare con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Punta morbida e radiopaca;
- Dimensione catetere **11 fr. X 12 – 15 – 20 cm +/- 1 cm**
- Tappi per iniezione perforabili;
- Filo guida a j in acciaio inox
- Ago introduttore
- Dilatatore

Fabbisogno annuale pezzi 40

Importo annuale a base d'asta € 2.728,00

Lotto 6 - CPV 33141200-2 – CIG _____

Catetere temporaneo in poliuretano pediatrico 8 Fr.

Kit catetere temporaneo a doppio lume a doppia D in poliuretano termosensibile radiopaco ad alta biocompatibilità o silicone. Facoltativo anello di fissaggio girevole a doppia asola, clamp con colore identificativo arteria/vena e indicazioni del volume priming, dei French, e della lunghezza di inserimento. Dilatatore, ago introduttore 18 G, 2 tappini luer-lock, filo guida cm 70 a J in acciaio inox. Estensioni dritte e curve su un lato. Configurazione dritta del catetere. Diametro esterno 8 F lunghezza cm 10-12-15 +/- 1 cm

Fabbisogno annuale pezzi 30

Importo annuale a base d'asta € 2.475,00

Lotto 7 CPV 33141200-2 – CIG _____ Kit catetere per emodialisi temporaneo per utilizzo pediatrico in silicone poliuretano termosensibile radiopaco ad alta biocompatibilità a doppio lume coassiale o a doppia D, dritto per la vena giugulare con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Punta morbida e radiopaca;
- Dimensione catetere 7 fr. X 10 -12-15 cm. +/- 1 cm
- Tappi per iniezione perforabili;
- Filo guida a j in acciaio inox.;
- Ago introduttore
- Dilatatore.

Fabbisogno annuale pezzi 30

Importo annuale a base d'asta € 2.046,00

Lotto 8 CPV 33141200-2– CIG _____

Catetere a permanenza tunnellizzabile tipo Tesio in silicone 10 F.

Kit comprendente doppio catetere in silicone singolo lume venoso ed arterioso tipo Tesio ad alta biocompatibilità. Cuffia per ancoraggio; ago introduttore, filo guida a J, dilatatore peel away; Tunnellizzatore, Adattatore luer lock ad Y rimovibile. Bulbo di Raulerson. Estensione, tappo per iniezione perforabile, raccordo prolunga. Diametro esterno 10 F. Lunghezza cm 30, 40, 50

Fabbisogno annuale complessivo 45 pezzi di cui:

Adulti pezzi: 20 - Pediatrico pezzi: 25

Importo annuale a base d'asta € 14.400,00

Lotto 9- CPV 33141200-2 – CIG _____

Catetere a permanenza tunnellizzabile tipo Tesio in poliuretano **6,5 F**

Kit catetere in poliuretano singolo lume venoso e arterioso tipo Tesio ad alta biocompatibilità Cuffia per ancoraggio. Filo guida a J 70 cm, ago introduttore, Tunnellizzatore, Estensione. Diametro: 6F lunghezza cm29 (arterioso, cuffia 12cm) 6F X 32cm(venoso,cuffia 15cm

Fabbisogno annuale pezzi 25

Importo annuale a base d'asta € 10.000,00

Lotto 10 CPV 33141200-2– CIG _____

Kit medicazione **attacco** catetere venoso centrale. Il kit di attacco è composto: telino sterile assorbente misura 40x40 due paia di guanti in lattice misura M due bustine di garze in TNT imbevute di disinfettante alla clorexidina

Fabbisogno annuale complessivo 11.000 pezzi di cui

Adulti pezzi: 10.000 - Pediatrico pezzi: 1.000

Importo annuale a base d'asta € 41.800,00

Lotto 11 CPV 33141200-2– CIG _____

Kit medicazione **stacco** catetere venoso centrale. Il Kit di stacco è composto da due paia di guanti in lattice misura M due bende autoadesive con tampone emostatico

Fabbisogno annuale :10000

Importo annuale a base d'asta € 38.000,00

Lotto 12 CPV 33141200-2– CIG _____

Kit di **medicazione catetere venoso centrale** composto da 2 tamponi di garza mm 50 senza elastico 2 compressa in TNT 4 strati misura cm 10X10 1 compressa TNT otto strati misura 7,5X 7,5. 1 compressa TNT otto strati misura 7,5X 7,5 con taglio Y

Fabbisogno annuale complessivo 6.000 di cui

Adulti pezzi: 5.000 - Pediatrico pezzi: 1.000

Importo annuale a base d'asta € 14.400,00

Lotto 13 CPV 33141323-0– CIG _____

Sistemi automatici per biopsia. Dispositivo per biopsie multiple con meccanismo automatico tipo tru cut. Manipolo in plastica, ago in acciaio: cannula esterna tagliente e stiletto a becco di flauto con incavo di prelievo. Codice colore secondo calibro e manipolo utilizzabile e caricabile con l'ausilio di una sola mano

Corredato di ago guida correlato alle misure esistenti. Ago con markers progressivi di profondità ogni centimetro. Punta ecogena e compatibilità con tutti gli apparecchi di stereotassi compatibili con le varie misure 18G per cm 10/15/16/20

Fabbisogno annuale 150 di cui:

per adulti complessivamente 50 nelle varie misure da cm 10/16/20

pediatrico complessivamente 100 di cui n.60 da 18g – 10mm e n. 40 da 18g – 15mm

Importo annuale a base d'asta € 1.782,00

Lotto 14 CPV CPV 33141200-2– CIG _____

Cateteri per dialisi peritoneale a doppia cuffia in silicone radiopaco tipo **Tenchkoff**, con le seguenti caratteristiche:configurazione dritta linea radiopaca da 1,7 a 2,5 mm. In mescola tipo Paque per un migliore radiogramma. n.2 cuffie in dacron: a) cuffia sottocutanea a 20cm +/-3cm dalla punta b) cuffia intraperitoneale a 15cm +/- dalla punta lunghezza totale del catetere 42cm +/- 6cmdistanza tra le cuffie 5cm +/-1cmlunghezza delle cuffie 1cm +/-0,3 cm lunghezza tratto esterno 21cm +/-2cm Diametro esterno da 4.7 a 5mm - Diametro interno da 2,6 a 3mm.

Adattatore luer femmina R tappo terminale luer maschio Clamp

Fabbisogno annuale :200

Importo annuale a base d'asta € 12.980,00

Lotto 15 CPV 33141200-2 – CIG _____

Catetere per dialisi peritoneale per **utilizzo pediatrico** a doppia cuffia in silicone radiopaco tipo Tenchkoff, con le seguenti caratteristiche:configurazione dritta. Linea radiopaca da 2,5mm. In mescola tipo Paque per un migliore radiogramma.N°2 cuffie in Dacron: A) Cuffia sottocutanea a 12 cm +/- 1cm dalla punta.B) Cuffia intraperitoneale a 7,2 cm +/- 0.7cm.dalla punta.-Lunghezza totale del catetere 32 cm +/- 2cm.- Distanza tra le cuffie 3,8cm +/- 0.6cm.-Lunghezza delle cuffie 1cm +/- 0.2 cm.-Lunghezza tratto esterno 19cm +/- 0.4. - Diametro esterno 6,5 Fr. - Diametro interno 4,5 Fr.-adattatore luer femmina. -Tappo terminale luer maschio.-Clamp

Fabbisogno annuale pezzi 10

Importo annuale a base d'asta € 660,00

Lotto 16 CPV 33141200-2 – – CIG _____

Kit **CVC permanente** in materiale carbotano con punta simmetrica per **tunnellizzazione anterograda**.Catetere bilume per emodialisi cronica da 14,5 fr, in carbotano termosensibile completamente radiopaco con design a doppia D per per tunnellizzazione anterograda; ampie fessure laterali romboidali (no fori circolari) e punta distale simmetrica per ridurre il ricircolo, con il rivestimento di eparina non eluente sul lume interno ed esterno del catetere per ridurre il rischio di formazione di trombosi venose e di depositi di fibrina sul lume del carattere con una lunghezza da 19-33cm.

Fabbisogno annuale : 25

Importo annuale a base d'asta € 9.200,00

LOTTO 17 CPV 33141200-2– CIG _____

Kit **CVC permanente in materiale carbotano** con punta simmetrica per tunnellizzazione **retrograda** .

Catetere singolo catetere doppio lume radiopaco, punta simmetrica , provvisto di aperture laterali (fori/fessure) , lunghezza variabile tip -cuffia da 19 a 55 cm , presenza di introduttore peel away valvolato, cuffia in dacron, calibro 15 F . Volume priming indicato sul catetere

Fabbisogno annuo: 50

Importo annuale a base d'asta € 18.400,00

Lotto 18– cpv 33141320-9CIG _____

MICROSTICK Set completo di ago introduttore 21 gauge, dilatatore con camicia 4.5F, filo guida con caratteristiche di sicurezza per l'incolumità della parete vasale interna mis. 0.18" x 45 cm.

Fabbisogno annuale adulti: 300

Fabbisogno annuale pediatrico 50

Importo annuale a base d'asta € 8.663,00

Lotto 19 CPV 33692000-7- CIG _____

a) Soluzione di citrato al 4% più ciclo-Taurolidina ad azione antibatterica e antimicrobica in confezione fiale da 5 ml

Fabbisogno annuale pezzi :2000

b) soluzione 5ml taurolidina U 25.000 per l'azione sinergica della taurolidina con Urokinasi

Fabbisogno annuale pezzi 800

Importo annuale a base d'asta € 46.750,00

Lotto 20 CPV 33141200-2- CIG _____

Catetere per dialisi peritoneale per **utilizzo pediatrico** a doppia cuffia in silicone radiopaco tipo Tenckhoff, con le seguenti caratteristiche:configurazione dritta. Linea radiopaca da 2,5mm. In mescola tipo Paque per un migliore radiogramma.N°2 cuffie in Dacron: A) Cuffia sottocutanea a 12 cm +/- 1cm dalla punta.B) Cuffia intraperitoneale a 7,2 cm +/- 0.7cm.dalla punta.-Lunghezza totale del catetere 30 cm +/- 2cm.- Diametro esterno 6,5 Fr. - Diametro interno 4,5 Fr.-adattatore luer femmina. -Tappo terminale luer maschio.-Clamp

Fabbisogno annuale pezzi 10

Importo annuale a base d'asta € 704,00