



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Esito di gara

Procedura MEPA numero 2535231 per la fornitura annuale di Aghi penna per insulina con dispositivo di sicurezza CIG Z3F2C6B7F0

Si comunica:

- che per la gara in questione - RDO numero 2535231 - sono pervenute offerte dalle seguenti ditte:
 - 1) BBraun Milano spa P.I.0674840152 2)Becton Dickinson Italia s.p.a.P.I 00803890151, 3)Bioseven srl P.I. 02147880039, 4)Menarini Diagnostics srl P.I 05688870483, 5) Ypsomed Italia srl P.I. 08438570965Lotto n. 1 Chemicals, Codisan, Kaltek e Sigma
 - 2) che è stato espresso parere di conformità per le offerte tecniche presentate, dichiarando conforme solamente la ditta Becton Dickinson, stante che come dichiarato dall'organo tecnico, dalla documentazione tecnica prodotta dalle altre ditte partecipanti, non viene dichiarato esplicitamente un meccanismo di protezione lato penna o cartuccia;
 - 3) che conseguentemente, l'U.O.C. Provveditorato ha chiesto alle ditte di precisare in quale parte della documentazione tecnica presentata si faccia riferimento al doppio meccanismo di protezione richiesto nella scheda tecnica;
 - 4) che tutte le ditte hanno riscontrato la richiesta specificando la parte della documentazione che contiene i relativi riferimenti tecnici, che sono stati trasmessi per gli ulteriori approfondimenti agli utilizzatori per il rilascio del relativo parere di conformità;
 - 5) Che a seguito di un ulteriore esame, è stata confermata la non conformità in precedenza riscontrata atteso che *"dopo l'iniezione l'ago non è protetto da un meccanismo di sicurezza che azzerava completamente il rischio di puntura sul lato a contatto con la penna o cartuccia"*.
 - 6) che con determina dell'U.O.C. Provveditorato n. 24 del 20.04.2020 si è proceduto ad aggiudicare che la ditta Becton Dickinson ha offerto per i dispositivi richiesti il prezzo complessivo di € 7.200,00 oltre iva al 22% (€ 8.784,00 oltre iva).

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Spera