



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AREA PROVVEDITORATO-
ECONOMATO

U. O. Appalti e Forniture
tel. 091/6662265

DATA
19/11/2009

PROT.
2009/ 409/ u.f.

A:

WEB
www.ospedalecivicopa.org

OGGETTO : ERRATA CORRIGE

Si comunica che il lotto ex8 lettera a) della procedura negoziata per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione, di cui alla nota n. 359/u.f. del 13/11/2009 è stato modificato e cioè:

- il punto dove vengono richieste due valvole PEEP regolabili da 0 a 20 cm/H2O corredate di valvole di sovra-pressione di sicurezza, viene rettificato in:
- **due valvole PEEP regolabili da 0 a 20 cm/H2O.-**

Resta invariata la scadenza della gara.

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO F.F.
(D.ssa Nora Virga)