



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

Den. Amm. : A.R.N.A.S.
Cod. AOO : DIRAZI
N. Prot. : 0007925
Data Prot. : 11-06-2020 11:48:13
Tipo Reg. : Interno
Cod. Reg. : REG_INT_191217170702_I



AZIENDA OSPEDALIERA DI
RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE
U.O.C. Provveditorato
Piazza Nicola Leotta, 4
Telefono: 091- 6662401
Fax: 091 – 6662301
www.arnascivico.it
pec: ape.ospedalecivicopa@pec.it

DITTE VARIE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO per la fornitura e posa in opera di FRIGORIFERO BIOLOGICO e CONGELATORE DA LABORATORIO per l'U.O. di Microbiologia e Virologia e FRIGO FARMACI per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione.

Quest'Amministrazione deve acquistare n.1 Frigorifero Biologico n.1 Congelatore da laboratorio per l'U.O. di Microbiologia e Virologia e n.2 Frigo farmaci per l'U.O. di Anestesia e Rianimazione dell'A.R.N.A.S.

A tal fine intende verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte **nelle allegate schede tecniche**;
- 2) il costo di vendita Iva esclusa;
- 3) il costo di vendita esclusa Iva per forniture di pari oggetto intervenute negli ultimi due anni, **che avrà cura di annotare nell'allegato prospetto**.

Qualora la ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche tecniche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le discrasie riscontrate indicando le motivate considerazioni. A tal proposito **si raccomanda di non inviare nuove schede tecniche**.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche, deve seguire l'ordine di quelle elencate nelle schede tecniche allegate e ciò per consentire a quest'Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle stesse.

La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente, con urgenza e comunque non oltre il 18/06/2020 al seguente numero di fax 091/6662301 – e-mail: conto.capitale@arnascivico.it, all'attenzione della Sig.ra Rosaria Tamburello.

D'ordine del
Direttore F.F. U.O.C. Provveditorato
(Ing. Vincenzo Spera)

Il Coll. Amm.vo

FRIGORIFERO BIOLOGICO

Frigorifero biologico conforme alle direttive CE
Campo Temperatura di esercizio +2 / +15 °C con possibilità di impostazione
Capacità \geq 350
Dimensioni massime larghezza 70 - Profondità 80 -altezza 200 [cm]
Piedi regolabili
Porta a vetro con maniglia ergonomica per apertura
Illuminazione interna
Allestimento interno \geq 4 ripiani
Allarmi acustici e visivi per temperature e guasti con registrazione automatica
Display digitale per indicazione temperature ed allarmi
Refrigerazione a ventilazione forzata
Registrazione eventi su SD o memoria scaricabile tramite porta USB
Predisposizione per sonda di monitoraggio esterno

CONGELATORE DA LABORATORIO

Congelatore biologico di tipo verticale conforme alle normative CE
Campo Temperatura di esercizio -20 °C
Capacità >= 350 lt
Dimensioni massime larghezza 70 - Profondità 80 -altezza 200 cm
Piedi regolabili senza utilizzo di utensili
Porta cieca con maniglia ergonomica per apertura
Illuminazione interna
Allestimento interno >=3 ripiani oltre ad un cassetto estraibile
Allarmi acustici e visivi per temperature e guasti con registrazione automatica
Display digitale per indicazione temperature ed allarmi
Registrazione eventi su SD o memoria scaricabile tramite porta USB
Predisposizione per sonda di monitoraggio esterno

N.2 FRIGO FARMACI

- Frigorifero conforme alle direttive CE
- Campo Temperatura di esercizio +2/+15 C° con possibilità di impostazione
- Capacità lt.150
- Pannello touch con registrazione temperature e sistema di allarme
- Ante a vetro con maniglia ergonomica per apertura
- Illuminazione interna
- Allestimento interno: ≥ 2 Ripiani
-

